



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zabrze, dnia 10.04.2015 r.

393 /MP/15

Uczestnicy postępowania

dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia na „ Dostawę wyposażenia Pracowni Genomiki wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach projektu Realizację zadania: „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrze” (5/Z/15)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Dot.: Załącznik nr 4

1. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy lub skrócenie terminu do 4 lat?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 4 lat. Stosowne zmiany należy nanieść w załącznikach nr 7 (jeżeli dotyczy).

2. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Par. 7 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,05% analogicznie jak w pkt. c)?

Zamawiający odpowiada: §_7 ust. 1 pkt a) istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

4. Par. 7 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna przysługiwała w przypadku odstąpienia z winy Wykonawcy?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

5. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.2

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Zamawiający odpowiada: Taka sytuacja nie wymaga wprowadzenia zapisu do umowy, zarząd spółki może zawsze podjąć taką decyzję jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami

7. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do uznania niewykonania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Par. 10 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy formularza oferty, pkt 10

9. Bazując na informacjach od bezpośrednich producentów urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla urządzeń Sekwencjator, Sonifikator do 8 tygodni, system do automatycznej elektroforezy, komora laminarna, zamrażarki i chłodziarki, wirówki, autoklaw, cieplarka, maszyna do produkcji lodu, spektrofotometr do 6 tygodni?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

§ 5 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy (dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie, szkolenie) nastąpi w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.”.

Dotyczy załącznika 7.4 Zamrażarka do – 80°C

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nowocześniejszego o parametrach:

Ad 3. Urządzenie o wymiarach rzeczywistych 1095 x 945 x 1980 mm?

Zamawiający odpowiada: Tak

Ad 9. Urządzenie o poborze prądu poniżej 18,5 kWh/dobę?

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zamawiający odpowiada: Tak

Ad 11. Urządzenie z czasem ogrzewania od temperatury -80°C do temperatury -50°C (w przypadku zaniku zasilania) Nie krótszym niż 3,5h

Zamawiający odpowiada: Tak

Ad 15. Urządzenie z jednym portem próbkowania, średnica 25mm?

Zamawiający odpowiada: Tak

Dotyczy załącznika 7.20 Wytrząsarka

11. Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z promieniem obrotu 4,5mm?

Zamawiający odpowiada: Tak

Ad. 6 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 180 x 70 x 220mm?

Zamawiający odpowiada: Tak

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

15.04.2015 r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:

15.04.2015 r. godz. 11.00

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego