

Zabrze, dnia 08.02.2016 r.

146/MP/16

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawę aparatury medycznej wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Projekt pt.: „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)” o Akronimie NOMED-AF jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu STRATEGMED

SPROSTOWANIE DO PISMA 138/MP/16

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi do pyt. nr 13 z pisma nr 138/MP/16

Pozycja VI Kardiomonitor

13. Pkt. 23.

Czy Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga dostarczenia wraz z monitorem modułu pomiaru ciśnienia krwawego , umożliwiającego obserwację zmian ciśnienia w przeciągu ostatnich 24 godz. z prezentacją wyników w postaci wartości cyfrowych, krzywej ciśnienia krwawego oraz trendów?

Było: Zamawiający odpowiada: tak.

Powinno być: Zamawiający odpowiada: nie wymaga.

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu