



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zabrze, dnia 17.02.2015 r.

160/MP/15

Uczestnicy postępowania

Dot.: "Dostawy wyposażenia Laboratorium testowo - wdrożeniowego nowych technologii i urządzeń medycznych wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu" w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrze” (1/Z/2015)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 2 ust. 5 oraz Załącznika nr 7.6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. XI.1

Wnosimy o dodanie na końcu w/w miejsc SIWZ wyrażenia:

„z zastrzeżeniem oprogramowania i części IT, dla których okres dostępności części wynosi 5 lat”

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Zamawiający odpowiada: Umowa przewiduje 8 letni okres dostępności części. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dodając: „z zastrzeżeniem oprogramowania i części IT, dla których okres dostępności części wynosi 5 lat”.

2. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 5
Celem doprecyzowania warunków umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w paragrafie następującego zapisu:
„Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia czasu realizacji umowy, w tym dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia w przypadku opóźnień, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, opóźnieniami Wykonawcy robót budowlanych w przekazaniu pomieszczeń, do których dostarczone lub w których montowane ma być urządzenie, Termin wykonania umowy wydłużony zostanie w takiej sytuacji o odpowiedni okres, co najmniej tak długi jak okres trwania przyczyn opóźnienia.”

Zwracamy uwagę, że terminowe wykonanie umowy zależy także od współpracy z wykonawcą robót budowlanych i zapewnieniem przez niego dostępu do pomieszczeń – w związku z czym wykonawca nie powinien ponosić ryzyka odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy jeśli przyczyną tego stanu rzeczy będą działania / zaniechania wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody

3. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 1
Celem doprecyzowania warunków umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w paragrafie następującego zapisu:
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.“

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialność wykonawcy za wady

4. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 5
Celem doprecyzowania warunków gwarancji wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:
„W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub podzespołu na wolne od wad. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.“

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialność wykonawcy za wady. Zgodnie z przepisami KC w przypadku naprawy lub wymiany termin gwarancji biegnie na nowo

5. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Celem doprecyzowania warunków rękojmi wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustępu 7 o następującym brzmieniu:

„Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Zamawiającemu są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji opisanymi w niniejszej umowie.”

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie niekorzystne dla Zamawiającego. Ogranicza odpowiedzialność wykonawcy za wady z tytułu rękojmi

6. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 1

Mając na uwadze, że kary umowne nie są opodatkowane VAT oraz celem doprecyzowania zapisów dotyczących kar umownych prosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące:

„Ustala się następujące kary umowne:

- a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,5 % wartości netto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty,
- b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto umowy,
- c) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji 0,05 % wartości netto umowy łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.”

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. W postanowieniu umownym nie ma mowy o doliczaniu VAT-u lecz o sposobie wyliczenia wysokości kary poprzez odniesienie się do wysokości wynagrodzenia. Postanowienie to jest poprawne. Nadto, w zaproponowanej wersji wysokość kary została ograniczona

7. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 2

Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W związku z tym wnosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące:

„Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy do wartości umowy oraz zwalniające go z odpowiedzialności za utracone korzyści

8. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 3
Przedmiotem umowy jest dostarczenie urządzenia, w związku z czym niewykonaniem umowy byłoby niedostarczenie urządzenia. Dostarczenie urządzenia niezgodne z warunkami umowy stanowi nienależyte wykonanie umowy – z wszystkimi tego konsekwencjami.
W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące:
„Dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy Zamawiający może uznać za nienależyte wykonanie umowy.”

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody

9. Dot. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 10 ust. 1 c)
Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż określona ilość dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu następującego zapisu:

„pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczenia dodatkowego co najmniej 5 dniowego terminu”

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy nie jest wezwanie dłużnika do wykonania zobowiązania

10. Dot. Załącznika nr 7.6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. III.8
W znanych nam pracowniach angiograficznych wykonujących badania na zwierzętach do unieruchomienia uśpionych zwierząt ułożonych na płycie pacjenta stosuje się szeroki pas przezierny dla promieniowania RTG lub wykorzystuje się szyny mocowane po obu stronach płyty pacjenta.
Wnosimy o możliwość zaoferowania takiego rozwiązania w miejsce wymaganych uchwytów do unieruchomienia kończyn zwierzęcia.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

11. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zamawiający w SIWZ wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 01.04.2015 do 30.04.2015. Urządzenie do angiografii powinno być wprowadzone i montowane w czystych, wolnych od pyłu, wykończonych pomieszczeniach. Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu realizacji zadania, o ile harmonogram wykonania prac budowlanych przez Głównego Wykonawcę nie przewiduje ich zakończenia do 01.04.2015. Prosimy o rozważenie możliwości dwuetapowej realizacji zadania tj. najpierw wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac budowlanych w budynku – zrealizowania dostawy i uruchomienia angiografu.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że prace budowlane zostaną zakończone do 05.04.2015r. Po tym czasie wykonywane będą jedynie prace " czyste" (np. montaż gniazdek, umywalek itp) oraz toczyć się będą czynności odbiorowe

12. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Na sali hybrydowej poza stanowiskiem operacyjnym z angiografem znajdują się dodatkowe stanowiska zabiegowe. Prosimy o potwierdzenie, że wobec braku zaprojektowania oddzielenia tych stanowisk od angiografu stałą osłoną przeciwpromienną, w trakcie zabiegów hybrydowych z użyciem angiografu nikt nie będzie przebywał przy tych stanowiskach.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający potwierdza, że nikt nie będzie przebywał podczas pracy angiografu przy stanowiskach operacyjnych

13. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Dla celów obliczenia osłon stałych prosimy o informację o ilości i rodzaju planowanych przez Zamawiającego zabiegów (średnio tygodniowo).

Zamawiający odpowiada: 5 tygodniowo

14. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Prosimy o podanie dokładnych wymiarów wewnętrznych i udźwigu windy.

Zamawiający odpowiada: Udźwig windy 1600kg platforma windy (wewnętrzna) 2400*1400

15. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że w czasie dostawy angiografu winda będzie dostępna dla celów transportowania aparatu.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający potwierdza

16. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Czy w trakcie dostawy angiografu będzie możliwość transportowania aparatu windą z otwartymi drzwiami wewnętrznymi?

Zamawiający odpowiada: Nie

17. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6

Podczas wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia stwierdziliśmy, iż instalacja elementów angiografu montowanych na suficie (zawieszenie monitorów,

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

osłona górnych partii ciała operatora) nie została uwzględniona w projekcie, również w tym sensie, iż stwierdziliśmy kolizje z instalacją wentylacji i innymi elementami, mimo że elementy angiografu montowane na suficie są uwzględnione na rzucie pracowni.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że po wyborze oferty dokona w zakresie koniecznym dostosowanie przebiegu instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych. Trasa instalacja gazów medyczne biegnące przy podciągu nie zostanie zmieniona gdyż nie koliduje z urządzeniami angiografu

18. Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosić będzie koszty niezbędnych zmian umożliwiających montaż instalacji wentylacji i innych elementów w taki sposób, aby nie kolidowały one z zawieszeniem monitorów oraz osłoną górnych partii ciała operatora.

Zamawiający odpowiada: Odpowiedź jak wyżej. Konstrukcje pod urządzenia angiografu oraz koszty ich zabudowy łącznie z pracami na parterze (posadzka) są w gestii Wykonawcy

dotyczy Zadania nr 3 – Pompy infuzyjne.

Poz. II.3

19. Czy Zamawiający dopuści klasę ochronności I, typ CF zgodnie z IEC/EN 60601-1 ?
Wymieniona norma traktuje równorzędnie obie wymienione klasy nie wykazując przewagi żadnej z nich.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza

20. Dot. załącznika nr 7.6

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie do badania jakich zwierząt Zamawiający będzie wykorzystywał system opisany w załączniku nr 7.6 do siwz?

Zamawiający odpowiada: Opisany system Zamawiający będzie wykorzystywał do badania m.in. świń i owiec.

21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z „Zadania nr 14. Pozycji nr 5 Negatoskop cyfrowy” jako odrębnego zadania.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Czy w ofercie na dostawę negatoskopu cyfrowego należy przewidzieć wycenę uchwytu montażowego na kolumnie chirurgicznej/anestezjologicznej?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem uchwyt montażowy na kolumnie dwuramienny, drugie ramię uchylne z zawieszeniem na ekran i półką klawiatury

23. Czy w ramach wyposażenia należy dostarczyć klawiaturę z touchpadem czy klawiaturę i myszkę?

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zamawiający odpowiada: W ramach wyposażenia należy dostarczyć klawiaturę z touchpadem

24. W jaki sposób należy zamontować klawiaturę do kolumny?

Zamawiający odpowiada: Klawiatura powinna zostać zamontowana na ramieniu wraz z zawieszeniem komputera/ekranu

dot. załącznik nr 7.2, zadanie nr 2 poz. 1 – Aparat do znieczulania

25. dot. pkt. II.9

Czy Zamawiający dopuści parownik Sevofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora będą prezentowane zmierzone stężenia wdechowe i wydechowe środków anestetycznych

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

26. dot. pkt. II.10

Czy Zamawiający dopuści parownik Isofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora będą prezentowane zmierzone stężenia wdechowe i wydechowe środków anestetycznych

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Załącznik nr 7.8, Zadanie nr 8 Poz. 2

27. Dotyczy pkt II 38 Zakres pomiarowy minimum 30- 100 % z dokładnością +/- 3 %

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy min. 70 – 100% z dokładnością +/- 2%

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie, znak 138/DD/15 z dnia 13.02.2015 r.

Dot.: Pytanie do zadania nr 7.7 – Lampa operacyjna

8. Czy zamawiający wymaga, aby oferowana kamera HD wyposażona była także w funkcję obrotu obrazu, realizowaną przez zewnętrzny sterownik?

Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada: Zgodnie z zapisami SIWZ i późniejszymi odpowiedziami.

Dot. SIWZ pkt. II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt 9

1. Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza realizację zadania przez wykonawców w zakresie transportu oraz montażu zamówienia.
Jednocześnie w Załączniku nr 4.1 do SIWZ UMOWA w paragrafie 2 Zamawiający podaje, iż cena przedmiotu umowy obejmuje między innymi składowe związane z montażem przedmiotu zamówienia (przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla elementów, które będą mocowane na stałe) lub warunkami

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

instalacyjnymi (dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków pracy przedmiotu zamówienia, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych).
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie realizacji zadania przez podwykonawców także w tym zakresie.

Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

2. Wnosimy o zastąpienie dla Zadania 6 w w/w ustępach umowy zwrotu „Załącznik nr 2” wyrażeniem „Załącznik nr 7.6 do SIWZ”.

Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada: W SIWZ do wzoru umowy nie ma załącznika nr 2. Załącznik ten zostanie określony oddzielnie dla każdego zadania po wyłonieniu oferty (umowa ta jest bowiem wzorem dla 13 zadań). **Wtedy też nr załącznika zostanie dostosowany do nr wpisanego w umowie. Na tym etapie zmiana tego postanowienia nie jest wymagana.**

1. **Str. 49, Zadanie nr 1, załącznik 7.1, Poz. 3, pkt 8**
Czy Zamawiający dopuszcza pompę dedykowaną do współpracy z oferowanym generatorem?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego ustępu na poniższą:
*„W wypadku nie wywiązywania się z obowiązku określonego w pkt.2 Zamawiający ma prawo usunąć wady lub usterki **korzystając z innego autoryzowanego przez producenta serwisu** i obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia” ?*
Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękopisów i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w poniższym zakresie:

1. Do Rozdziału II pkt 1 zostaje dodane:
„Zadanie nr 15: negatoskop cyfrowy opisany szczegółowo w załączniku nr 7.15 ”
2. Do Rozdziału II pkt 5 zostaje dodane:
„33197000-7 medyczne urządzenia komputerowe ”
3. Rozdział III pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

- „Ofertę stanowią załączniki: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6.1 – 6.15, nr 7.1 – 7.15 oraz inne wymagane SIWZ dokumenty i oświadczenia woli podpisane przez Wykonawcę.”
4. Rozdział V pkt 1.14) otrzymuje brzmienie:
„dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw wyposażenia meblowego i/lub mebli medycznych o wartości minimum 12.500,- zł każda.”
 5. Do Rozdziału V pkt 1 zostaje dodany pkt 16):
„dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw komputerów medycznych o wartości minimum 7.500,- zł każda.”
 6. Rozdział V pkt 1.15) otrzymuje brzmienie:
„posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
(...)Zadanie nr 14: 12.500,00 zł
Zadanie nr 15: 7.500,00 zł”
 7. Rozdział V pkt 3. otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 1)-14), 16) Wykonawcy mogą spełnić wspólnie.”
 8. Rozdział VI pkt 1.6) otrzymuje brzmienie:
„Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.15;”
 9. Rozdział V pkt 1.7) otrzymuje brzmienie:
„Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Parametry techniczne stanowiący odpowiednio Załącznik nr 7.1 – 7.15.”
 10. Do Rozdziału VII zostaje dodany:
„Zadanie nr 15: najniższa cena”.
 11. Do Rozdziału VI zostaje dodany pkt 6:
„Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku dokumentów składanych w językach obcych muszą one zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:
20.02.2015 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
20.02.2015 r. godz. 11.00**

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

W załączeniu:
Zmodyfikowany Załącznik nr 1

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zmodyfikowany Załącznik nr 6.14
Nowoutworzony Załącznik nr 6.15
Zmodyfikowany Załącznik nr 7.14
Nowoutworzony Załącznik nr 7.15

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

*Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*