



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zabrze, dnia 29.06.2015 r.

809 /MP/15

Uczestnicy postępowania

Dot.: "Dostawę wyposażenia Laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych tkanek i narządów wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu" w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” (17/Z/2015)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie SIWZ w wersji edytowalnej.

Zamawiający odpowiada: załączniki do siwz w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający w zał. nr 7.1.11 dopuszcza zaoferowanie chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej o parametrach jak niżej:
 - pojemności chłodni 159 l (temp. +2°C do +11°C);
 - zamrażarki 109 l (temp. -10°C do -20°C);
 - wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 545 x 610 x 1675 mm;
 - wymiary wewn. komory (szer. x głęb. x wys.): 457 x 450 x 725 mm chłodziarka oraz 408 x 415 x 670 mm zamrażarka;
 - bez interfejsu RS-485 ?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w załączniku nr 7.1.21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej 3 szt. bez palnika gazowego 3 szt. oraz zaworu gazu 3 szt.?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający w zał. nr 7.1.27 dopuszcza zaoferowanie chłodziarki laboratoryjnej o parametrach jak niżej:
 - pojemności chłodni 232 l (temp. +2°C do +11°C);

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 595 x 640 x 1565 mm;
- wymiary wewn. komory (szer. x głęb. x wys.): 480 x 445 x 1382 mm chłodziarka
- bez interfejsu RS-485 ?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w poniższym zakresie:

1. opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne/wymagania – zmodyfikowany formularz Załącznik nr 7 w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:
03.07.2015 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
03.07.2015 r. godz. 11.00**

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

W załączeniu:
Zmodyfikowany Załącznik nr 7

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego