

Zabrze, dnia 30.10.2017 r.

1614/MP/17

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego” (30/Z/17) w ramach Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED” Projekt pt.: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca” o Akronimie PHOENIX jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu STRATEGMED

Po dokonaniu ponownej weryfikacji ofert w zakresie Zadania nr 5 Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej i informuje, że:

Zadanie nr 5

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 8 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Jednocześnie informujemy, że odrzucono następujące oferty:

1. PHU Jamro; ul. Małobądzka 186; 42-500 Będzin na podstawie Rozdziału III pkt 16.1) siwz - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W poz. 1 Zadania nr 5 Wykonawca podał nr katalogowy: Leonhard Lang/F55. Z notatki z wglądu do ofert dokonanego przez Wykonawcę Anmar Sp. z o. o. Sp. K. wynika, że elektroda o tym numerze katalogowym ma średnicę 55 mm, a nie jak wymagał Zamawiający 50 mm. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień Wykonawca napisał, że podał błędny numer katalogowy. W poz. 5 Zadania nr 5 Wykonawca zaproponował rampę trójdrożną Becton Dickinson/394601. Z notatki z wglądu do ofert dokonanego przez Wykonawcę Anmar Sp. z o. o. Sp. K. wynika, że rampa ma system kraników rozmieszczony po dwóch stronach rampy, a nie jak wymagał Zamawiający w siwz system kraników trójdrożnych umieszczony po jednej stronie rampy. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień Wykonawca napisał, że zaoferował nieprawidłowy produkt, niedostępny w sprzedaży. Zamawiający uznaje, że oferta jest niegodna z siwz i podlega odrzuceniu.
2. PHU Anmar Sp. z o. o. S.K.; ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy na podstawie Rozdziału III pkt 16.1) siwz - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W poz. 1 Zadania nr 5 Wykonawca podał nr katalogowy: Leonhard Lang/W-601. Z notatki z wglądu do ofert dokonanego przez Wykonawcę PHU Jamro wynika, że elektroda o tym numerze katalogowym ma podłoże z włókniny, a nie jak wymagał Zamawiający z pianki PE. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień Wykonawca napisał, że podał błędny numer katalogowy. Zamawiający uznaje, że oferta jest niegodna z siwz i podlega odrzuceniu.

W załączeniu:

Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU



Adam Konka

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca” o Akronimie PHOENIX jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

II konkursu STRATEGMED