

Zabrze, dnia 25.09.2018 r.

4311 /MP/18

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy narzędzi do telemonitoringu” w ramach projektu 9.2.6: „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (24/Z/18)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w istotnych postanowieniach umowy § 8. Pkt. 1.

5) w przypadku niewykorzystania przedmiotu umowy w terminie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

Treść pytania: Czy w związku z powyższym wykonawca ma:

- a) uwzględnić w wycenie wydłużenia okresu gwarancji do 30 miesięcy dla wszystkich urzędzeń?
- b) wskazać w formularzu ofertowym sumaryczną cenę za dostęp do platformy za 30 miesięcy, czy też pozostawić okres 24 miesięcy, a Zamawiający w przypadku przedłużenia okresu będzie regulował należności na bazie wystawianych faktur również po okresie 24 miesięcy?

Zamawiający odpowiada: nie wszystkie urządzenia będą użytkowane równocześnie. Nie zachodzi konieczność wyceny wydłużenia okresu gwarancji. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wyceny dostępu do platformy za 30 miesięcy. Ewentualne przedłużenie czasu trwania umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.7

W związku z ryzykiem nieprawidłowej analizy EKG wynikającej z elastycznego doboru parametrów przez dowolnego użytkownika (np. student), czy Zamawiający dopuszcza, aby ze względu bezpieczeństwa zmiany mogłyby być wprowadzane tylko przez osoby uprawnione względnie administratora po akceptacji osób odpowiedzialnych za badanie?

Treść pytania: W związku z powyższym zwracamy się o modyfikację zapisów:

„Możliwość wprowadzania parametrów analizy EKG przez administratora systemu. Możliwość wstawienia przez użytkownika do raportu końcowego fragmentów EKG potwierdzających rozpoznanie arytmii.”

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 3 Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.12

Wskazany zapis „Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego przy obsłudze oprogramowania, obsłudze bazy danych oraz zestawów rejestrujących” nie przedstawia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

żadnych wytycznych w zakresie wsparcia ponad zapisy Umowy dlatego też zwracamy się z prośbą o jego usunięcie.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 4 Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt III. Elektrody Zamawiający w SIWZ wskazuje, iż w przypadku wybrania rozwiązania z elektrodami do rejestracji należy dostarczyć elektrody żelowe wykonane z materiałów biozgodnych. Treść pytania: Czy elektrody te muszą spełniać minimalne warunki przykładowo zamieszczone poniżej?

Parametr	Wartość
Badania holterowskie	tak
Monitorowanie	tak
Sensor	Ag/AgCl
Szerokość elektrod min.	36 mm
Długość elektrod min.	36 mm
Podłoże (folia/pianka/taśma mikroporowata/włóknina)	Pianka
Typ żelu (mokry/stały)	Stały
Przezierność RTG (tak/nie)	Nie

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

28.09.2018 r. godz. 13.00

Nowy termin otwarcia ofert:

28.09.2018 r. godz. 14.00

Z poważaniem

Adam Konka

Prezes Zarządu

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania szpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego