

540/MP/19

Zabrze, dnia 28.02.2019 r.

### Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę generatora prądu RF oraz stanowiska do znieczuleń (58/Z/18)” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. dziękuje za udział w ww. postępowaniu oraz informuje, że:

#### Zadanie nr 1

wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny ofert:

Abbott Medical Sp. z o. o.

ul. Postępu 21 B

02-676 Warszawa

**Cena oferty: 59.940,00 zł**

#### Zadanie nr 2

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 8 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Jednocześnie informujemy, że odrzucono następujące oferty:

1. Drager Polska Sp z o. o.; ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz na podstawie Rozdziału III pkt 16.1) siwz - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Punkcie X Załącznika nr 5.2. Zamawiający wymagał klasy wodoszczelności min. IPX1. Wykonawca zaoferował: „Klasa wodoszczelności IP20”. Klasa wodoszczelności IP20 jest niższa niż wymagana w siwz. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.
2. Maquet Polska Sp z o. o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa na podstawie Rozdziału III pkt 16.1) siwz - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Punkcie X Załącznika nr 5.2. Zamawiający wymagał klasy wodoszczelności min. IPX1. Wykonawca zaoferował: „Najlepsza Klasa wodoszczelności IPX20”. Klasa wodoszczelności IPX20 jest niższa niż wymagana w siwz. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

**Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.**

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



Z poważaniem



**Adam Konka**

Prezes Zarządu

W załączeniu:  
Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu  
Streszczenie oceny ofert

***Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.***

*ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze*

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych