

Zabrze, dnia 29.07.2020 r.

L.Dz. 1443/MP/20

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę regałów z klatkami dla królików” w ramach projektu „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki” o akronimie BIO-ONKO-REG dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 z działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie 1.

Czy pytania na które odpowiedź można znaleźć na Państwa stronie całkowicie zmieniają specyfikację wykluczając pierwotne założenia?

W Państwa SIWZ, załączniku numer 5, np. powierzchnia klatki została zmieniona na 4200 cm² z pierwotnych wymiarów 4700 cm². Czy to znaczy, że "bardziej komfortowa" klatka o większej powierzchni, mieszcząca się w wymaganych rozmiarach nie będzie brana pod uwagę?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza klatkę o powierzchni 4700 cm², pod warunkiem, że klatka zmieści się w dopuszczonych pismem 1396/MP/2020 wymiarach zewnętrznych regału: 817 x 869 x 1830 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Z poważaniem

Z up.

Barbara Magdziorz
Dyrektor Finansowy