

Zabrze, dnia 14.12.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę zamrażarek laboratoryjnych” 25/ZI/20 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ a w szczególności załącznika nr 4.

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55oC do -86oC? W przypadku urządzeń pracujących w wyższych temperaturach następuje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -50 do -55°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 80 szufladek, które mieszczą 400 pudełek?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową ze stali nierdzewnej A-304?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterowaniem mikroprocesorowym i dużym cyfrowym, graficznym ekranem LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego

wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z SIWZ. W pytaniu brak informacji, którego parametru nie spełnia oferowane urządzenie

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Adam Konka