

3. Poz. 4

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza materiał bezotłowy, np. fartuch ultralekki typu xenolite w technologii dupont lub równoważnej, spełniających wymagania ochrony o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu: przód - 0.50 mm pb, tył - 0.50 mm pb (lub większe).

Materiał Nova Lite jest mieszaną zawierającą w swoim składzie ołow. Czy Zamawiający dopuści materiał bezotłowy?

2. Poz. 1, 2, 3

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga: FATUCHY M – ŻENSKIE, L-MĘSKIE

- Fartuch żeński, rozmiar L, szerokość klatki piersiowej 114-115 cm, długość kamizelki 63-64 cm, długość spodnicy: 53-54 cm
- Fartuch żeński, rozmiar M, szerokość klatki piersiowej 109-110 cm, długość kamizelki 61-62 cm, długość spodnicy: 50-51 cm
- Fartuch żeński, rozmiar L, szerokość klatki piersiowej 109-110 cm, długość kamizelki 55-56 cm, długość spodnicy: 58-59 cm
- Fartuch żeński, rozmiar M, szerokość klatki piersiowej 91-92 cm, długość kamizelki 50-51 cm, długość spodnicy: 58-59 cm

Prosimy o wyjaśnienie czy rozmiary fartuchów M i L mają być w wersji męskiej czy żeńskiej, które charakteryzują się następującymi wymiarami:

1. Poz. 1, 2

Zadanie 1

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Dot.: postępowania na „Dostawę fartuchów ochronnych i osłon ołowianych” w ramach projektu Strategicznego program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED” (7/Z/16)
Projekt pt.: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorób z niewydolnością serca” o Akronimie PHOENIX jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu STRATEGMED

Uczestnicy postępowania

Zabrze, dnia 12.07.2016 r.

10r04 /MP/16



Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED



Prosimy o dopuszczenie okularów, z osłoną boczną na poziomie 0,5 mmPb, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz, tj. Eq-0,75Pb.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zamawiane fartuchy i osłony na tarczycę były wykonane z materiału kompozytowego na bazie kauczuku zawierającego ołów? Materiał jest lżejszy od gumy ołowowej o 30% - bezwinylowy, pokrycie materiałem ComorTex – łatwo zmywalnym, odpornym na zabrudzenia krwią i kontrastem, zawierającym jodek srebra, który działa przeciwbakteryjnie.

Zamawiający odpowiada: tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Zwracamy się z prośbą o wydużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni ze względu na trwający okres urlopowy oraz ponieważ każde zamówienie jest realizowane indywidualnie, odzież ochronna nie jest składowana. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby asortyment został dostarczony jak najszybciej.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający przedłuża termin dostawy do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:
15.07.2016 r. godz. 11.00
Nowy termin otwarcia ofert:
15.07.2016 r. godz. 12.00

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

DYREKTOR FINANSOWY
Barbara Maszdziorz
