

Zabrze, dnia 02.02.2016 r.

106/MP/16

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawę aparatury medycznej wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Projekt pt.: „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)” o Akronimie NOMED-AF jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu STRATEGMED

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: zadanie 5.2., Echokardiograf przenośny

Dotyczy załącznika 6.2 pkt. II.1 i II.9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnego wózka producenta aparatu zapewniającego pełną integrację aparatu z wózkiem z możliwością zabudowania wideoprintera oraz z wieszakami na głowice?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga wózka wg opisu j.w.

Pytanie nr 2

Dotyczy: zadanie 5.2., Echokardiograf przenośny

Dotyczy załącznika 6.2 Czy w związku z przeznaczeniem aparatu, do ośrodka badawczo-rozwojowego Zamawiający wprowadzi dodatkową gratyfikację punktową, dla aparatu, który posiada możliwość rozbudowy o badania echokardiograficzne 4D na głowicy przezprzełykowej?

Zamawiający odpowiada: nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy: zadanie 5.1. oraz 5.2., Echokardiograf stacjonarny, Echokardiograf przenośny

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

Zamawiający odpowiada: tak.

Zapytania do załącznika 6.3

Pytanie nr 4 PKT.V Defibrylator

Pkt. 1 Aparat przenośny z torbą transportową lub kieszeniami na akcesoria.

Czy Zamawiający dopuści klipsy w formie pasków z zatrzaskami ułatwiające organizację przewodów?

Zamawiający odpowiada: tak.

Pytanie nr 5 Pkt. 26 Wbudowany moduł pomiaru SpO2 w zakresie 1 – 100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i na płatek ucha.

Czy Zamawiający zrezygnuje z czujnika na płatek ucha?

Zamawiający odpowiada: tak.

Pytanie nr 6 Pkt. 28 Akcesoria

Z uwagi na fakt, iż elektrody jednopacjentowe są produktem o określonym czasie przydatności czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości elektrod jednopacjentowych do 2 kompletów? Korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem dla Zamawiającego jest bieżący zakup elektrod, wg faktycznego zużycia.

Zamawiający odpowiada: tak.

Pytanie nr 7. Dotyczy SIWZ

Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy broszurą, potwierdzić wymaganych parametrów technicznych. Materiały informacyjne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia polskiego przedstawiciela producenta aparatu o spełnianiu parametrów wpisanych w załącznikach 6.1 i 6.2 będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Zamawiający odpowiada: tak.

Pytanie nr 8. Dotyczy załącznika nr 6.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf przenośny bez obrazowania 3D radiologicznego, dostępnego min. z głowicy konweksowej oraz bez obrazowania romboidalnego?

Zamawiający odpowiada: tak.

Pytanie nr 9. Dotyczy załącznika nr 6.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf przenośny wyposażony w elektroniczną głowicę sektorową posiadającą 64 elementy akustyczne?

Zamawiający odpowiada: tak.

Z poważaniem

Adam Konka

Prezes Zarządu