



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zabrze, dnia 27.01.2015 r.

83 /MP/15

Uczestnicy postępowania

dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia na „Dostawę wyposażenia zwierzętarni małych zwierząt wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu w ramach projektu Realizację zadania: „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” (2/Z/15)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Po przeanalizowaniu Państwa odpowiedzi na pytania mamy gorącą prośbę o wskazanie, w którym miejscu możemy znaleźć zapisy SIWZ odnośnie Zadania nr 1 po modyfikacji Zamawiającego:

- Poz. 2, 3, 4, 7, 8, 9 – System klatek indywidualnie wentylowanych**
V (Regał wentylowany na 15 szt. klatek dla szczurów i świnek morskich), **punkt 6**
VI (Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i świnek morskich), **punkt 3 oraz 4**

Zamawiający odpowiada: Wymienione punkty nie uległy zmianie.

- Prosimy również o:
 - wyjaśnienie, na podstawie którego pytania Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ dotyczący zadania 1, pkt. VI 1. Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i świnek morskich, który po zmianie otrzymał brzmienie: Spód klatki wykonany z czystego, przezroczystego polisulfonu, o powierzchni podłogi ok. **900 cm² (+/-5%)**. Chcemy zaznaczyć, że klatka o powierzchni ok. 900 cm² (+/- 5%) nie jest odpowiednia do utrzymywania świnek morskich. Dla tego gatunku, wg Dyrektywy 2010/63/EU minimalna powierzchnia klatki wynosi 1800 cm².
 - potwierdzenie, iż sformułowanie w piśmie z odpowiedziami Zamawiającego, zmieniające SIWZ w **poz. V „Regał wentylowany na 55 klatek dla szczurów”** jest wynikiem błędu i chodzi o **15 klatek dla szczurów i świnek morskich**.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza „Regał wentylowany na min. 35 szt. klatek dla szczurów”.

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

3. - potwierdzenie, iż sformułowanie w piśmie z odpowiedziami Zamawiającego, zmieniające SIWZ w **poz. VI : „Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i świnek morskich – 70 szt.”** jest wynikiem błędu i chodzi o **30 szt. klatek dla szczurów i świnek morskich.**

Zamawiający odpowiada: Zamawiający oczekuje „klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów – min. 70 szt.”

4. **Poz. 2,3,4,7,8,9 – System klatek indywidualnie wentylowanych V Regał wentylowany na 35 szt. klatek dla szczurów**
V. Czy Zamawiający dopuści regał na 36 klatek indywidualnie wentylowanych w konfiguracji 6 rzędów, 6 kolumn?

Zamawiający odpowiada: Tak, zamawiający dopuszcza „Regał wentylowany na min. 35 szt. klatek dla szczurów”.

5. **VI Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów**
VI.1. Czy Zamawiający dopuści klatki indywidualnie wentylowane o powierzchni podłogi 800 cm²?
Jest to powierzchnia zgodna z dyrektywą 2010/63/EU dla klatek przeznaczonych do utrzymywania szczurów.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **VI.5.** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch butelek z polisulfonu o pojemności 312 ml każda?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Zad nr 1

7. Poz. 2 Punkt V Regał wentylowany na 15 szt. Klatek dla szczurów i świnek morskich
Czy w związku ze zmianą powierzchni klatek Zamawiający dopuści zaoferowanie regału na 30 klatek szczurzycy wyposażonego w 15 klatek?

Zamawiający odpowiada: Nie, zamawiający dopuszcza regał wentylowany na min. 35 szt. klatek dla szczurów.

8. Poz. 33 Inkubator z chłodzeniem
Czy Zamawiający dopuści inkubator z chłodzeniem z jednorodnością oraz stabilnością temperatury +/- 0,5°C w 37°C?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Zad nr 2 Dostawa Autoklawu

9. Dot. p. V Wymagania Zamawiającego SIWZ pp. 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu polegającą na dopuszczeniu do postępowania Wykonawcy dysponującym doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw urządzeń medycznych, lub laboratoryjnych lub wyposażenia zwierzętarni o wartości minimum 300.000 zł każda?

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w poniższym zakresie:

1. Rozdział V pkt 1. 2) otrzymuje brzmienie:
„Zadanie 2: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw urządzeń medycznych i/lub urządzeń laboratoryjnych i/lub autoklawów i/lub wyposażenia zwierzętarni o wartości minimum 300.000,- zł każda;”
2. Zamawiający dokonuje sprostowania zmiany zamieszczonej w poniższym zakresie w piśmie, znak 63/MP/15 z dnia 21.01.2015 w zakresie Załącznika nr 7.1:

Powinno być:

V	Regał wentylowany na min. 35 szt. klatek dla szczurów	1 szt.	
---	---	--------	--

i

VI	Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów	70 szt.	
----	---	---------	--

3. w zakresie Załącznika nr 5;
4. w zakresie Załącznika nr 6.3;
5. w zakresie Załącznika nr 7.3.

Zamawiający informuje, że pliki z rozszerzeniem .docx (załączniki nr 6 i nr 7) zostały zamieszczone w wersji pierwotnej, tzn. nie uwzględnia wprowadzonych zmian. Wykonawcy muszą samodzielnie nanieść wprowadzone zmiany przez złożeniem oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:
30.01.2015 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
30.01.2015 r. godz. 10.30**

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

W załączeniu:

- zmodyfikowany Załącznik nr 5
- zmodyfikowany Załącznik nr 6.3
- zmodyfikowany załącznik nr 7.3

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego