

Zabrze, dnia 03.09.2018 r.

M83 /MP/18

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy narzędzi do telemonitoringu” w ramach projektu 9.2.6: „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (21/Z/18)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w istotnych postanowieniach umowy § 6. Pkt. 2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia urządzeń na poniższych warunkach gwarancyjnych:

„W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy przedmiotu zamówienia każdorazowo po zwrocie urządzenia przez pacjenta, a także w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z bezpłatną wymianą części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty), obejmujące naprawy w pełnym zakresie, zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd powinien być wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji; wymiana akumulatorów w nadajnikach powinna być wykonana minimum raz na 12 miesięcy”

Przedmiotowe wymagania są rozbieżne z wymaganiami wskazanymi w innych załącznikach do SIWZ.

Treść pytania: W związku z powyższymi zapisami prosimy o modyfikację wskazanych zapisów zgodnie z poniższym:


„W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca będzie przeprowadzał okresowe przeglądy przedmiotu zamówienia po przekazaniu przez Zamawiającego, przy czym jednorazowa ilość urządzeń do przeglądu nie może być mniejsza niż 10 zestawów. Przeglądy będą przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej urządzenia. W ostatnim miesiącu gwarancji Zamawiający prześle wykonawcy urządzenia do wykonania ostatniego serwisu zgodnie z obustronnie podpisanym harmonogramem. Wymiana akumulatorów w urządzeniach będzie wykonywana w przypadku ich uszkodzenia bądź wadliwego działania uniemożliwiającego monitorowanie pacjenta zgodnie z założeniami minimalnymi”

Zamawiający odpowiada: § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z bezpłatną wymianą części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty), obejmujące naprawy w pełnym zakresie, zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd powinien być wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.”

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego



Pytanie nr 2

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w istotnych postanowieniach umowy § 2. Pkt. 6

6) koszty związane z przywróceniem ustawień fabrycznych przedmiotu zamówienia każdorazowo przed przekazaniem następnemu pacjentowi”

Przedmiotowy wymóg znacząco podnosi koszty obsługi urządzeń, gdyż wymaga działań wykonawcy na każdym etapie użycia urządzenia. Koszty logistyczne przy tym mogą okazać się bardzo wysokie w połączeniu z dodatkowymi obowiązkami gwarancyjnymi. Zamawiający jako właściciel urządzeń może je samodzielnie przywrócić do ustawień fabrycznych i wykonać dezynfekcję. Dla przykładu sama logistyka wysyłki urządzeń po użyciu przez 200 pacjentów może wynieść około 8 000 zł (200 x 40 zł (przesyłka w dwie strony 2 x 20 zł)).

Treść pytania: Prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje dotychczasowe opisy przedmiotu zamówienia, jednak dopuszcza możliwość zdalnego przywracania ustawień fabrycznych przedmiotu zamówienia każdorazowo przed przekazaniem następnemu pacjentowi.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w istotnych postanowieniach umowy § 8. Pkt. 1.

5) w przypadku niewykorzystania przedmiotu umowy w terminie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

6) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę

Treść pytania: Czy w związku z powyższym wykonawca ma:

- a) uwzględnić w wycenie wydłużenia okresu gwarancji do 30 miesięcy dla wszystkich urządzeń?
- b) wskazać w formularzu ofertowym sumaryczną cenę za dostęp do platformy za 30 miesięcy, czy też pozostawić okres 24 miesięcy, a Zamawiający w przypadku przedłużenia okresu będzie regulował należności na bazie wystawianych faktur również po okresie 24 miesięcy?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z paragrafu 8 ust.1 pkt 6 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 3)

Pytanie nr 4

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.3

Wskazany wymóg jest mało precyzyjny.

Treść pytania: Zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego punktu na poniższy:

„Algorytmy pozwalające na automatyczną analizę i klasyfikację morfologii zespołów QRS oraz automatyczną i interaktywną analizę zaburzeń rytmu serca”

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację

Pytanie nr 5

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.4

Wskazany wymóg jest mało precyzyjny.

Treść pytania: Zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego punktu na poniższy:

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego

„Automatyczna detekcja: migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, bradykardia, pauza z możliwością edycji i zmian automatycznej klasyfikacji. Wylizanie maksymalnej, minimalnej i średniej akcji serca.”

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację

Pytanie nr 6

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.7

Wskazany wymóg jest mało precyzyjny.

Treść pytania: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca zaoferuje:
„Możliwość doboru parametrów analizy EKG - wykonywane w postaci konfiguracji przez administratora systemu po otrzymaniu zgłoszenia z opisem nowych parametrów analizy”

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje dotychczasowe opisy przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 7

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5, pkt IV.12

Wskazany wymóg jest mało precyzyjny.

Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wsparcia technicznego - w szczególności zakresu oraz czasu reakcji na zgłoszenie lub jego usunięcie.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe opisy przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

Adam Konka

Prezes Zarządu

Zamawiający informuje, że w związku ze składanymi pytaniami związanymi z toczącym się postępowaniem, ogłasza nowy termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 07.09.2018 r. godzina 13:00

Nowy termin otwarcia ofert: 07.09.2018 r. godzina 14:00

Z poważaniem

Adam Konka

Prezes Zarządu

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego