

Zabrze, dnia 05.09.2018 r.

1205 /MP/18

### Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy narzędzi do telemonitoringu” w ramach projektu 9.2.6: „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (21/Z/18)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

**1. Załącznik nr 3 § 6 Załącznik 3 wzór umowy pkt 2**

“W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy przedmiotu zamówienia każdorazowo po zwrocie urządzenia przez pacjenta, a także w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z bezpłatną wymianą części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty), obejmujące naprawy w pełnym zakresie, zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd powinien być wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji; wymiana akumulatorów w nadajnikach powinna być wykonana minimum raz na 12 miesięcy”

**Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:**

- przeglądy przedmiotu zamówienia będą przeprowadzane przez Wykonawcę w przypadku zwróconych urządzeń przez pacjenta, które zostały uszkodzone, bądź uniemożliwiają monitoring pacjenta z przyczyn technicznych urządzenia,
- wadliwe urządzenia będą wysyłane zbiorczą wysyłką raz w miesiącu

Zamawiający odpowiada: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z pisma znak 1183/MP/18 z 03.09.2018 r.

**2. Czy zamawiający zmodyfikuje następujący zapis:**

„wymiana akumulatorów w nadajnikach powinna być wykonana min. raz na 12 miesięcy”

Z naszych wieloletnich doświadczeń korzystania z urządzenia, wiemy, iż zestaw dwóch baterii może być eksploatowany dłużej niż 12 miesięcy.

Stąd wnosimy o zmodyfikowanie zapisu na:

wymiana akumulatorów w nadajnikach będzie wymieniana w przypadku uszkodzenia bądź nie działania baterii uniemożliwiająca monitorowanie pacjenta urządzeniem.

*Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.*

*ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze*

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. Do § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 3 oraz do pkt V.4. Parametrów technicznych - Załącznik nr 5 zostaje dodane zdanie w brzmieniu: „Wymiana akumulatorów w nadajnikach będzie wymieniana w przypadku uszkodzenia bądź nie działania baterii uniemożliwiająca monitorowanie pacjenta urządzeniem.”.

Z poważaniem

**Adam Konka**

Prezes Zarządu

***Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.***

*ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze*

projekt 9.2.6 : „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” dofinansowany z RPO  
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego