

Zabrze, dnia 22.11.2018 r.

1623/MP/18

### Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C” (33/Z/18) w ramach Konkursu pn. „Kształcenie poddyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

#### **1. Dotyczy Załącznika Nr 5, I. Informacje ogólne, pkt 3**

Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego sprzętu, z rokiem produkcji 2018. Przedmiotowe postępowanie ogłoszone zostało w takim czasie i z takim terminem realizacji, że oferowany sprzęt może być wyprodukowany zarówno w 2018 jak i w 2019 roku, na co wykonawca nie ma wpływu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia wymagania „rok produkcji 2018” na „rok produkcji 2018 lub 2019”.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018r.

#### **2. Dotyczy Załącznika Nr 5, II. Ramię C, pkt 13**

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu antykolizyjnego zapewniającego zatrzymanie systemu przed dotknięciem przeszkody, tym samym premiuje pojemnościowy system antykolizyjny. Pragniemy wyjaśnić, że pojemnościowe rozwiązanie antykolizyjne nie jest skuteczne w praktyce. System pojemnościowy (co potwierdza wielu użytkowników) znacznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia wykonywanie czynności w polu operacyjnym z detektorem w pobliżu instrumentów operacyjnych. Rozwiązanie takie utrudnia manewrowanie ramieniem w przypadku obecności kropli płynu (np. krew) w pobliżu czujników. Ponadto takie rozwiązanie jest stosowane na rynku tylko w niektórych mobilnych aparatach rtg z ramieniem C i jedynie w odniesieniu do detektora. Ponadto biorąc pod uwagę, że detektor jest w pozycji nad stołem zabiegowym, w zasięgu wzroku operatora, zachowana jest pełna kontrola nad jego ruchami i nie ma konieczności stosowania systemów antykolizyjnych, które w pewnych sytuacjach mogą utrudniać wykonanie zabiegu.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z wymogu lub wprowadzenie oceny punktowej parametru, zgodnie z poniższym:

II.13	System antykolizyjny zapewniający zatrzymanie systemu przed dotknięciem przeszkody.	Tak/Nie	Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
-------	---	---------	------------------------------

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza aparat bez systemu antykolizyjnego opisanego w pkt. II.13

### 3. Dotyczy Załącznika Nr 5, V. Detektor i tor obrazowy, punkty 1 i 4

Biorąc pod uwagę fakt, że wielkość detektora ma znaczący wpływ na cenę aparatu jak i bezpośredni wpływ na jego walory użytkowe i kliniczne, ocena punktowa w przypadku zaoferowania detektora o wielkości  $\geq 30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$  powinna być odpowiednio większa w porównaniu do oceny innych parametrów aparatu. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę i punktowanie zaoferowania detektora o wielkości  $\geq 30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$  w poniższy sposób:

V.1	Wielkość detektora	$\geq 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$	$\geq 30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} - 30 \text{ pkt.}$ $< 30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} - 0 \text{ pkt.}$
V.4	Aktywne pole detektora min. $19,5 \text{ cm} \times 19,5 \text{ cm}$	Tak	$\geq 29,5 \text{ cm} \times 29,5 \text{ cm} - 30 \text{ pkt.}$ $< 29,5 \text{ cm} \times 29,5 \text{ cm} - 0 \text{ pkt.}$

Powyższa zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, w której wykonawcy mimo możliwości nie zaoferują Zamawiającemu ramienia C z dużym detektorem ze względu na przyjęte w tym postępowaniu kryteria punktacji i oceny ofert.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z SIWZ

### 4. Dotyczy Załącznika Nr 5, XII. Pozostałe, pkt 12

Ramię C oraz stoły zabiegowe to zupełnie odrębne, niezależne od siebie urządzenia wytwarzane przez różnych producentów.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg opisany w ww. punkcie dotyczy samego ramienia C (bez stołu zabiegowego) lub dopuszczenie złożenia jednej deklaracji zgodności na wszystkie wymagane komponenty ramienia C i oddzielnej deklaracji zgodności na stół zabiegowy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza złożenie jednej deklaracji zgodności na wszystkie wymagane komponenty ramienia C i oddzielnej deklaracji zgodności na stół zabiegowy

### 5. Dotyczy SIWZ, rozdział VI pkt. 1. ppkt.7)

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych oświadczeniem wykonawcy potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nieopublikowanych w broszurach technicznych, katalogach czy instrukcjach oferowanego przedmiotu zamówienia?

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

**6. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §4 ust. 4**

Celem zabezpieczenia płatności należności dla Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu umowy w §4 ust.4 o następującej treści: „Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanego Sprzętu do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny wraz z ewentualnymi odsetkami w przypadku opóźnionej zapłaty.”

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie przewiduje takiej formy zabezpieczenia zapłaty.

**7. Czy Zamawiający potwierdza, że otrzymał z MZ środki celowe na realizację przedmiotu umowy i jest już w ich posiadaniu?**

Zamawiający odpowiada: Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie z Min. Zdrowia. Środki na realizację projektu są przekazywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ministerstwa na które zamawiający nie ma wpływu.

**8. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §4 ust. 2**

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy zamawiającego o wskazanie, w nawiązaniu do zapisów umownych §4 ust.2 umowy, w jakim terminie Zamawiający, zgodnie z posiadaną przez niego umową z MZ, będzie miał do dyspozycji środki na pokrycie kosztów projektu. Z punktu widzenia Wykonawcy istotne jest aby wiedzieć, czy istnieje ryzyko opóźnień w zapłacie?

Jednocześnie prosimy zamawiającego o uzupełnienie zapisu §4 ust.2: „Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 45 dni od daty otrzymania faktury, pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu pochodzących z Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem, że zapłata na konto Wykonawcy nastąpi nie później niż 90 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.”

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z umową z MZ środki są przekazywane zgodnie z umową o dofinansowanie (paragraf 9 – wzór umowy o dofinansowanie dla działania POWER 5.4 dostępny jest na stronie www Min. Zdrowia) o ile MZ posiada środki.

Umowa o dofinansowanie dla działania POWER 5.4:

Paragraf 9

Transze dofinansowania są przekazywane:

1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.), przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dnia zweryfikowania wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a;

2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.

3. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Beneficjent ma prawo renegotjować harmonogram realizacji projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 8 ust. 1.

Zapis §4 ust.2 pozostaje bez zmian.

### **9. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 1 pkt. 1) i 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „1. Ustala się następujące kary umowne:

1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,2 % wartości netto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ;

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji 0,05 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”?

Prosimy o zmianę. Mając na uwadze przepisy art. 471 oraz 476 kc zwracamy uwagę, że wykonawca odpowiada za zawinione niedotrzymanie terminu, czyli za zwłokę.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

### **10. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[...] z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

**11. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

**12. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §9 ust. 1 pkt. 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[...] W przypadku tym odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania mowy i wyznaczeniem odpowiedniego terminu dodatkowego.”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrażniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia postanowienia umowy w tym zakresie.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości w zakresie 785-1235 mm?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:**

**30.11.2018 r. godz. 14.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:**

**30.11.2018 r. godz. 15.00**

Z poważaniem

  
Adam Kónka  
Prezes Zarządu

