



Zabrze, dnia 14.01.2019 r.

116/MP/19

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę mebli medycznych stanowiących wyposażenie Sali zabiegowej” (2/Z/19) w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o EvidenceBasedMedicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Dotyczy załącznika nr 5 poz. II stół operacyjny:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego przeznaczonego do zabiegów i operacji na zwierzętach o ciężarze do 100 kg? - dotyczy l.p. 3

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o regulacji wysokości roboczej w zakresie od 390 do 1100 mm? Oferowany parametr w dolnej granicy minimalnie różni się od wymaganego, co nie ma wpływu na użytkowanie stołu, w górnym zakresie spełnia oczekiwania Zamawiającego. – dotyczy l.p. 4

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę


Dotyczy załącznika nr 5 poz. V krzesło chirurgiczne:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła chirurgicznego wg poniższego opisu?

Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane materiałem typu skaj. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą. Blokada uruchamiana nożnie). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o EvidenceBasedMedicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych





Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja (kolumna i podstawa) wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630 mm.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z potwierdzenia zgodności z normami określonymi w l.p. 12, 13 na rzecz dostarczenia wraz z dostawą dokumentów wskazanych poniżej gwarantujących, że oferowany wyrób jest bezpieczny i wykonany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi?

Dokumenty/dopuszczenia: atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia; powiadomienie/wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych; deklaracja zgodności/certyfikat CE na wyrób; certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy załącznika nr 5 poz. VI krzesło chirurgiczne z oparciem:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła chirurgicznego z oparciem wg poniższego opisu?

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem typu skaj. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą. Blokada uruchamiana nożnie). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630 mm.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z potwierdzenia zgodności z normami określonymi w l.p. 12, 13 na rzecz dostarczenia wraz z dostawą dokumentów wskazanych poniżej gwarantujących, że oferowany wyrób jest bezpieczny i wykonany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi?


Dokumenty/dopuszczenia: atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia; powiadomienie/wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych; deklaracja zgodności/certyfikat CE na wyrób; certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy załącznika nr 5 (wszystkie pozycje):

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o EvidenceBasedMedicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



1. W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania dotyczące poz. V i VI, prosimy o podział zadania nr 1 na części, poprzez wyodrębnienie osobnego pakietu na: stół operacyjny, stół zabiegowy do pracy na wypreparowanych narządach, stolik instrumentacyjny oraz odrębnego pakietu na: krzesło chirurgiczne i krzesło chirurgiczne z oparciem. Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, ponieważ umożliwia udział w przetargu szerszej grupie Oferentów, w tym Producentom wyposażenia, co niewątpliwie przełoży się na zaoferowanie atrakcyjniejszych cen dla Zamawiającego. Utworzenie jednego pakietu bardzo ograniczona liczbą podmiotów, które przystąpią do postępowania.

Zamawiający odpowiada: nie dotyczy.

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców spowodowane przełomem roku oraz spiętrzeniem zamówień w ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia. W ramach przedmiotu zamówienia są wyroby wymagające większego nakładu pracy działu konstrukcyjno-produkcyjnego (stół operacyjny, stół zabiegowy i instrumentalny), co bezpośrednio wpływa na czas wykonania tych wyrobów.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w poniższym zakresie:

1. Rozdział VIII siwz otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamówienia:
„Zadanie nr 1: 10 tygodni od zawarcia umowy.”
2. Załącznik nr 1 do siwz. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz w załączeniu.
3. Załącznik nr 3 do siwz: z § 3 ust. Otrzymuje brzmienie:
„Realizacja umowy nastąpi w terminie 10 tygodni od zawarcia umowy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

22.01.2019 r. godz. 13.00

Nowy termin otwarcia ofert:

22.01.2019 r. godz. 13.30.

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu

 **DYREKTOR FINANSOWY**

Barbara Magdzior

W załączeniu:

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do siwz.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o EvidenceBasedMedicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

data

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawę mebli medycznych stanowiących wyposażenie sali zabiegowej (2/Z/19)” w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1

cena brutto złotych, stawka VAT

Słownie cena brutto:.....

Termin płatności – do 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o EvidenceBasedMedicine” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych



3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że dysponuję dokumentami dopuszczającymi oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie kraju i zobowiązuję się do ich dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym.
6. Podwykonawcom zlecę nw. zadania:
.....
.....
.....
7. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
8. Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji:
9. Nasz nr faksu
10. Termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od zawarcia umowy.
11. Oferowany okres gwarancji: zgodnie z formularzem parametry techniczne – Załącznik nr 5 licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

