

L.Dz. 572/MP/20

Zabrze, dnia 01.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną” w ramach projektu 9.2.6: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (8/Z/20)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ

Pytanie 1. Dotyczy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną”, strona 2

Treść:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa usługa telemonitoringu (rozwiązanie do zdalnej opieki medycznej) - zgodnie z załącznikami nr 3, nr 4, nr 5 do siwz.

Kompleksowa usługa telemedyczna obejmuje:

- 1) wdzierżawienie Zamawiającemu urządzeń do telemonitoringu pacjentów z automatyczną analizą sygnału EKG (przenośnych rejestratorów EKG) do bieżącego monitorowania wszystkich max 200 pacjentów objętych projektem, (w projekcie planuje się prowadzenie monitoringu każdego pacjenta przez 30 dni x 200 pacjentów = łącznie maksymalnie 6000 osobodni) wraz z serwisowaniem/dezynfekcją ww. urządzeń
[...]
II Zestawy rejestratorów
1. Zestawy do długoterminowego monitoringu EKG (do min. 30 dni) ze zdalnym splywem danych do oceny medycznej minimum raz na 24 godziny, przy zachowaniu wysokiej jakości sygnału i wygody oraz wydajności i bezpieczeństwa przekazywania sygnału EKG do serwera, który analizuje zapisy sygnału lub przeanalizowanego automatycznie EKG w rejestratorze, w skład zestawu wchodzi:
 - a) urządzeń bazowych - urządzenia rejestrujące lub rejestrujące i analizujące sygnał EKG pkt II (podpunkt 3-11) wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. stacja do ładowania,

baterie etc. – jeśli dotyczy. Przewiduje się dzierżawę max. 35 sztuk urządzeń na potrzeby projektu.

b) kamizelki z elektrodami lub elektrody naklejane pkt III

c) dostęp do oprogramowania platformy odbierającej sygnał z urządzeń pkt IV

W tym momencie Zamawiający wskazuje tylko maksymalną ilość godzin i urządzeń – nie gwarantując Wykonawcom żadnych ilości potwierdzonych osobodni czy wykorzystanych urządzeń – które Zamawiający zamierza wykorzystać.

Taka konstrukcja powoduje duże ryzyko biznesowe realizacji Zamówienia dla Wykonawców. Wykonawca angażuje sprzęt, oprogramowanie, a Zamawiający dopuszcza sytuacje w której może praktycznie nie wykorzystać tych osobodni i liczby gotowych urządzeń.

Wykonawca powinien ponosić jedynie ryzyko niewywiązywania się ze swoich zobowiązań względem Zamawiającego, a nie wynika

Dlatego prosimy o modyfikację OPZ zawierającą minimalnej ilości osobodni i urządzeń miesięcznie w cyklu trwania projektu – co pozwoli Wykonawcom na minimalizację ryzyka projektowego.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną”, strona 2

Treść:

- 2) umożliwienie Zamawiającemu zdalnego dostępu do platformy telemedycznej przez Centrum Telemonitoringu Zamawiającego. Usługa telemedyczna obejmuje - rozwiązanie telemedyczne umożliwiające automatyczną ocenę zmian w EKG, zgłaszanie alarmów, wykrywanie anomalii w pracy serca, zgłaszanie nieprawidłowości do specjalisty ds. bieżącej obsługi centrum, przygotowanie raportów, podgląd zapisów w Centrum Telemedycznym Zamawiającego, archiwizację danych, zdalny podgląd zapisu danych. Platforma powinna umożliwiać realizację videokonsultacji (również poprzez urządzenia mobilne na systemach android i IOS). Planuje się realizację videokonsultacji z lekarzami oraz prowadzenie videoporad rehabilitacyjnych (z logopedą i/lub fizjoterapeutą)

Pytanie 2a. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia chce wykupić dostęp do usługi telemedycznej. Zamawiający będzie korzystał z tej usługi przy pomocy własnego Centrum Telemonitoringu obsługiwane przez pracowników Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada: Centrum Telemonitoringu Zamawiającego będzie obsługiwane przez Zespół merytoryczny- personel medyczny. Centrum Telemonitoringu będzie służyło do zdalnego dostępu do usługi telemedycznej po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2b. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje włączenie do projektu pacjentów z rozrusznikiem serca?

Zamawiający odpowiada: Posiadanie urządzenia wszczepialnego, rozrusznika nie wyklucza pacjenta z udziału w projekcie.

Pytanie 2c. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „bieżące monitorowanie” ?

Zamawiający odpowiada: Bieżące monitorowanie odnosi się do telemonitoringu pacjentów włączonych do projektu w terminie do 30 dni każdej z 200 osób. Zakres telemonitoringu został opisany w SiWZ.

Pytanie 3. Dotyczy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną”, strona 2

Treść:

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

[...]

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania siwz do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania (z użyciem oferowanych rejestratorów, kamizelek lub elektrod, oraz platformy) poprzez podłączenie do monitorowania EKG jednego pacjenta testowego w terminie do 5 dni od przesłania wezwania. Brak prezentacji (testowego włączenia pacjenta które może trwać do 7 dni kalendarzowych) lub niepotwierdzenie podczas przeprowadzonej prezentacji spełniania wymagań siwz skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Pytanie 3a. Prosimy o przedstawienie scenariusza prezentacji próbki.

Zamawiający odpowiada: Prezentacja próbki będzie polegała na włączeniu 1 pacjenta na okres do 7 dni w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę parametrów wskazanych w SiWZ. Scenariusz prezentacji przewiduje przekazanie do Zamawiającego zestawu pozwalającego na włączenie 1 pacjenta. Następnie pacjent zostaje zgłoszony Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający przekazuje pacjentowi sprzęt i informuje Wykonawcę o włączeniu pacjenta w celu uruchomienia telemonitoringu. Zapis EKG pacjenta jest dostępny zdalnie przez okres max. 7 dni. Następnie następuje wyłączenie pacjenta.

Pytanie 3b. Prosimy o wyjaśnienie jakie wymagania mają być przedmiotem weryfikacji na próbce.

Zamawiający odpowiada: Przedmiotem weryfikacji są wszystkie wymagania siwz.

Pytanie 3c. Prosimy o wskazania sposobu oceny spełnienia wymagań SiWZ.

Zamawiający odpowiada: Ocena następuje na zasadzie 0-1 (spełnia/ nie spełnia). W sprawach niejasnych Zamawiając ma prawo zadać dodatkowe pytania a Wykonawca ma prawo udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Pytanie 3d. Prosimy o określenie kto będzie weryfikował spełnienie wymagań SiWZ.

Zamawiający odpowiada: Spełnienie wymagań SiWZ będzie weryfikował wyznaczony przez Zamawiającego Zespół.

Pytanie 4. Dotyczy: Załącznik nr 5

Treść:

II Zestawy rejestratorów

11. Urządzenie zbierające sygnały z rejestratorów (kamizelki/elektrod) wielorazowego użytku, po dezynfekcji mogą zostać przekazane innym UP.



Dezynfekcja leży po stronie Wykonawcy

[...]

IV Platforma odbierająca

[...]

7. Możliwość elastycznego doboru parametrów analizy EKG, możliwość dołączania do raportu fragmentów EKG potwierdzających rozpoznanie arytmii.

8. Raport końcowy – wszyscy – min, max i średnia akcja serca; ; w razie wystąpienia dodatkowych pobudzeń nadkomorowych i komorowych określenie ich liczby na dobę; w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub/i wystąpienia arytmii. W razie arytmii przedsionkowych i/lub komorowych określenie czasu ich trwania.

- imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, czas obserwacji (data włączenia i wyłączenia)

- rozpoznania (głównych chorób)

- zalecenia lekarskie:

1. regularna kontrola ciśnienia tętniczego i tętna (rano i wieczorem)

2. dieta przeciwmiażdżycowa, z ograniczeniem soli kuchennej

3. okresowa kontrola: morfologii krwi, stężenia elektrolitów, kreatyniny, glukozy oraz profilu lipidowego

4. regularne zażywanie leków: - jakich

Notatka z rozmowy telefonicznej z Pacjentem

Rejestracja:

Zakładki:

- dane rejestrowo-kontaktowe (telefon, kontakt do rodziny/bliskich/opiekunów)

- rozpoznanie chorób,

- aktualne leki

10. Oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową w centrum monitoringu Zamawiającego oraz laptopach zespołu oceniającego EKG.

[...]

13. Dostawca powinien zapewnić Nielimitowaną liczbę licencji dla użytkowników systemu do celów analizy i oceny zapisów EKG przez okres 24 miesięcy.

3. okresowa kontrola: morfologii krwi, stężenia elektrolitów, kreatyniny, glukozy oraz profilu lipidowego

4. regularne zażywanie leków: - jakich

Notatka z rozmowy telefonicznej z Pacjentem

Rejestracja:

Zakładki:

- dane rejestrowo-kontaktowe (telefon, kontakt do rodziny/bliskich/opiekunów)

- rozpoznanie chorób,

- aktualne leki

10. Oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową w centrum monitoringu Zamawiającego oraz laptopach zespołu oceniającego EKG.

[...]

13. Dostawca powinien zapewnić Nielimitowaną liczbę licencji dla użytkowników systemu do celów analizy i oceny zapisów EKG przez okres 24 miesięcy.

[...]

17. Określenie przez system wykrytych incydentów a) świeżo wykryte b) przetrwałe c) nieobjawowe

Zwraca się uwagę, że dla realizacji powyższych zadań z wykorzystaniem platformy niezbędna jest specjalistyczna wiedza i umiejętność zrozumienia prezentowanych wyników. Zatem tylko specjaliści mogą z niej pełni skorzystać.

Z drugiej strony wymóg Nielimitowanej liczby licencji jest – stanowi niepełny opis przedmiotu Zamówienia, gdyż zamawiający nie określa zakresu – który ma zostać dostarczony. Z drugiej strony brak jest możliwości oszacowania kosztu dostępu do platformy – gdy nie jest znana liczba jej użytkowników.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wskazuje, że z platformy będą korzystać specjaliści. Liczba użytkowników nie jest znana również Zamawiającemu.

Pytanie 5a. Wobec powyższego prosimy o wskazanie liczby licencji, która będzie wykorzystać Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wskazuje, że Wykonawca powinien zapewnić Nielimitowaną liczbę licencji dla użytkowników systemu do celów analizy i oceny zapisów EKG przez okres 24 miesięcy.

Pytanie 5b. Prosimy o wskazanie liczby użytkowników, która będzie korzystać z platformy, dla których należy zapewnić dostęp.

Zamawiający odpowiada: Liczba użytkowników zależy to od składu zespołu medycznego, który nie jest znany. Liczba ta może się wahać między 10-40 użytkowników. Ale jest to wyłącznie szacunek. W trakcie realizacji projektu mogą być również zatrudniane nowe osoby - stąd trudno określić liczbę użytkowników.

Pytanie 5c. Czy Zamawiający dopuszcza kamizelki jednorazowe użytku tj. jedna kamizelka na 15 dni badania

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza kamizelki jednorazowe.

Pytanie 5d. Czy pod stwierdzeniem „rozpoznani arytmii” Zamawiający zawsze rozumie „arytmie” jak te wymienione w wymaganiu IV 4

Zamawiający odpowiada: Tak.

Pytanie 5e. Czy Zamawiający dopuszcza sporządzanie tylko raportów dziennych i końcowych?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z zapisami SiWZ:

Rozwiązanie powinno umożliwiać obligatoryjnie: sporządzanie raportów:

1. Raport tygodniowy – dla wszystkich uczestników – min, max i średnia akcja serca; w razie wystąpienia dodatkowych pobudzeń nadkomorowych i komorowych określenie ich liczby na dobę; w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub/i wystąpienia arytmii. W razie arytmii przedsionkowych i/lub komorowych określenie czasu ich trwania.
2. Raport dzienny – w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub/i wystąpienia arytmii. W razie arytmii przedsionkowych i/lub komorowych określenie czasu ich trwania.
3. Raport końcowy – dla wszystkich uczestników po zakończeniu telemonitoringu – min, max i średnia akcja serca; w razie wystąpienia dodatkowych pobudzeń nadkomorowych i komorowych określenie ich liczby na dobę; w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub/i wystąpienia arytmii. W razie arytmii przedsionkowych i/lub komorowych określenie czasu ich trwania.

Pytanie 5f. Czy Zamawiający wymaga aby incydenty w zaproponowanym podziale były wykrywane automatycznie?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z SIWZ "Usługa telemedyczna obejmuje - rozwiązanie telemedyczne umożliwiające automatyczną ocenę zmian w EKG [...]"



Pytanie 5. dot. § 2 ust. 1 umowy Wykonawca wnosi o sprecyzowanie przez Zamawiającego, w jaki sposób będzie wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy i na jakich zasadach będzie wypłacane. W szczególności Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje kalkulowanie wynagrodzenia w osobodniach czy osobomiesiącach? Czy Wykonawca jest zobowiązany do kalkulowania wynagrodzenia za każdego uczestnika za każdy dzień świadczenia usługi? Wykonawca wskazuje, iż standardowo określa się stawkę za 1 uczestnika za 1 miesiąc kalendarzowy, przewidując możliwość proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia w niepełnym miesiącu – przyjmując, iż miesiąc to 30 dni. W formularzu ani umowie nie ma miejsca na wpisanie ceny jednostkowej za dzierżawę urządzenia. Podobnie nie ma w formularzu ani umowie miejsca na wpisanie kosztu dostępu do platformy odbierającej sygnał z zestawów do telemonitoringu.

Zamawiający odpowiada: Sposób kalkulacji jest zgodny z SIWZ, w tym szczególnie z Formularzem ofertowym tzn. Udostępnienie usługi telemedycznej dla pacjenta jest rozliczane na podstawie pacjenta włączonego do usługi telemedycznej w danym miesiącu.

Dostęp do platformy odbierającej sygnał z zestawów do telemonitoringu na 24 m-ce jest rozliczany miesięcznie - po zakończeniu każdego miesiąca.

Podsumowując wynagrodzenie za dany miesiąc będzie stanowiło sumę dwóch składników:

1. liczba włączonych osób x stawka za 1 osobę wskazana w formularzu ofertowym w wierszu "Udostępnienie usługi telemedycznej dla pacjenta"
2. stawka miesięczna za dostęp do platformy wskazana w Formularzu ofertowym.

Odpowiadając na uwagę "Podobnie nie ma w formularzu ani umowie miejsca na wpisanie kosztu dostępu do platformy odbierającej sygnał z zestawów do telemonitoringu", Zamawiający wskazuje, że takie miejsce jest w Formularzu ofertowym.

Pytanie 6. dot. § 3 ust. 3 umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający z własnych środków zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nie zostaną mu przekazane środki w projekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Zamówienie jest czynnością odpłatną.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy zgodnie, z którym "Zamawiający niniejszym zastrzega, iż płatności za realizację przedmiotu umowy będą realizowane ze środków przekazanych Zamawiającemu w projekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. W przypadku nieprzekazania środków Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty ich przekazania na konto Zamawiającego"

Pytanie 7. dot. § 4 ust. 4 umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż przedłużenie Umowy jest możliwe, o ile nie została przekroczona wartość wynagrodzenia maksymalna z Umowy i tylko do czasu wyczerpania tej wartości.

Zamawiający odpowiada: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8. dot. § 5 umowy Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” w treści § 5. Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. Wskazać należy, iż w sytuacji, gdy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, to po jego stronie winien leżeć obowiązek udowodnienia odpowiedzialności za niedochowanie terminu po stronie Wykonawcy. Wykonawca i tak jest już w niekorzystnej sytuacji, w której poprzez potrącenie może nie otrzymać należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy (ponieść też koszty jej wykonania), a być zmuszonym do dochodzenia wynagrodzenia na drodze sądowej (w dodatku w skomplikowanym procesie, który będzie rodził dodatkowe koszty –

po obu stronach umowy). Zachowanie równowagi stosunku umownego – równości stron tego stosunku i zasad kształtowania SIWZ wynikających z ustawy PZP wymaga proporcjonalnego rozłożenia ryzyk w tym zakresie – właśnie poprzez przerzucenie na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, że to Wykonawca jest winny niedochowania terminu.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

Pytanie 9. dot. § 5 umowy Wykonawca zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jest rażąco zawyżona (nieproporcjonalna), co może prowadzić do naruszenia zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wyrażającej się w realizacji zamówienia publicznego przy możliwie najniższych środkach. Wykonawca nie może być obarczany ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań i kwot zamówienia publicznego, gdyż godzi to w zasadę swobody umów i zasadę proporcjonalności, a dodatkowo naraża Zamawiającego na proces, podczas którego zostanie podniesiony przez Wykonawcę wniosek o miarkowanie kary umownej. Za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – czyli naruszać zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wykonawca wnosi więc o: - zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę, - wprowadzenie obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej, - wprowadzenie przedimka „do wysokości” zamiast „w wysokości”, co może umożliwić Zamawiającemu naliczenie kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami. wykreślenie.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 3 siwz Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do siwz w § 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „w wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 60,00 zł za każdy następny dzień zwłoki (dotyczy rejestratorów EKG oraz platformy);”.

Pytanie 10. dot. § 5 ust. 2 umowy Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na modyfikację projektu umowy w ten sposób, aby ograniczyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy oraz obowiązujących przepisów prawa do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy?

Zamawiający odpowiada: zgodnie z siwz.

Pytanie 11. dot. § 7 ust. 1 umowy

Wykonawca nosi o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, iż warunkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest uprzednie bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania Umowy.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z siwz.

Pytanie 12. dot. § 7 ust. 2 umowy RODO Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i wskazanie, iż rozwiązanie Umowy RODO nie jest możliwe bez jednoczesnego rozwiązania Umowy Głównej.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z siwz.

Pytanie 13. dot. § 8 ust. 1 umowy RODO Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i wskazanie, iż rozwiązanie Umowy RODO nie jest możliwe bez jednoczesnego rozwiązania Umowy Głównej. Ewentualnie Wykonawca nosi o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, iż warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest uprzednie bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania Umowy.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z siwz.

Pytanie 14. Dotyczy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną”, strona 3
Treść: III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
[...]

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

Czy z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zwanego dalej „COVID-19”, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia oferty, podpisanego podpisem elektroniczny kwalifikowanym drogą elektroniczną ?

Zamawiający odpowiada: zgodnie z siwz.

Pytanie 15. Dotyczy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Kompleksową usługę telemedyczną”, strona 5-6
Treść: VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
[...]

7) Certyfikat CE - poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE i aktualnie obowiązującymi dyrektywami w tym zakresie

8) Broszury techniczne, instrukcje potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga aby dokumenty wymienione w punktach 7,8 stanowiły załącznik do oferty, czy wezwie Wykonawcę do dostania dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty ?

Zamawiający odpowiada: zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt 1. Siwz Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych dokumentów razem z ofertą.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz jak niżej:

1. do Rozdziału II siwz zostaje dodany pkt.12 w brzmieniu: „Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli realizacja projektu będzie niemożliwa z powodu jednej z poniższych okoliczności:
 - 1) niewyłonienia (w odrębnej procedurze) lekarzy mających analizować zapisy EKG do udziału projekcie uniemożliwiają realizację projektu,
 - 2) stan epidemii związanej z COVID-19 lub stan nadzwyczajny będzie przedłużał się uniemożliwiają realizację projektu lub przedmiotu zamówienia w czasie trwania projektu.”;
2. Rozdział VIII siwz otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zamówienia: 24 m-ce
Przewidywany termin realizacji 01.05.2020-30.04.2022 z możliwością zmiany, w szczególności ze względu na utrzymujący się stan epidemii lub stan nadzwyczajny.”;
3. § 4 ust. 4. Projektu umowy – Załącznika nr 3 do siwz otrzymuje brzmienie: „Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 30.04.2022 r. z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin realizacji umowy to 24 m-ce od 01.05.2020 do 30.04.2022 z możliwością zmiany w wypadku zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego, w szczególności ze względu na utrzymujący się stan epidemii lub stan nadzwyczajny.”;

4. Do § 7 ust. 1 zostaje dodany pkt 4) w brzmieniu: „Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli realizacja projektu będzie niemożliwa z powodu jednej z poniższych okoliczności:
- a) niewyłonienia (w odrębnej procedurze) lekarzy mających analizować zapisy EKG do udziału projekcie uniemożliwiają realizację projektu,
 - b) stan epidemii związanej z COVID-19 lub stan nadzwyczajny będzie przedłużał się uniemożliwiając realizację projektu lub przedmiotu zamówienia w czasie trwania projektu.”.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 4 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:
07.04.2020 r. godz. 13.00
Nowy termin otwarcia ofert:
07.04.2020 r. godz. 14.00**

Z poważaniem



Adam Konka
Prezes Zarządu

W załączeniu:
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do siwz – Formularz oferty