

Zabrze, dnia 28.10.2020 r.

L.Dz.2272/MP/20

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń do izolacji automatycznej” (21/Z/20) w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 aparatu pozwalającego przeprowadzić jednoczesną izolację kwasów nukleinowych z 96 prób zamiast 2 aparatów umożliwiających izolację z 48 prób. Takie rozwiązanie pozwala w szybszym czasie wyizolować więcej prób oraz znacznie zmniejsza przestrzeń potrzebną na umieszczenie aparatu na blacie roboczym w laboratorium.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę. Zgodnie z treścią Rozdziału X. ust. 3 siwz Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie: Rozdział II ust. 4 siwz otrzymuje brzmienie: „Dopuszczamy możliwość składania ofert wariantowych poprzez dostarczenie 1 aparatu pozwalającego przeprowadzić jednoczesną izolację kwasów nukleinowych z 96 prób zamiast 2 aparatów umożliwiających izolację z 48 prób.”

W załączniku nr 4 należy podać faktyczną ilość oferowanych zestawów.

2. Czy zamawiający odstąpi od dodatkowego premiowania rozwiązania wyposażonego w filtr HEPA. Powszechnie stosowana sterylizacja UV jest wystarczająca do sterylizacji urządzenia i zapewnia uzyskanie materiału o wysokiej czystości.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

3. Czy zamawiający odstąpi od dodatkowego premiowania rozwiązania umożliwiającego izolację na pojedynczych kartridżach (1 izolacja). Przy zakupie systemu wysokoprzepustowego ważniejszy jest czas izolacji jak największej ilości prób i raczej systemy tego typu nie są wykorzystywane do izolacji pojedynczych prób.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

4. Czy zamawiający odstąpi od dodatkowego premiowania rozwiązania wyposażonego w min 12 bloków grzewczych lub uzna za równoważne rozwiązanie oparte na 2 modułach grzewczych dla płytki w której następuje liza materiału oraz dla płytki elucyjnej podgrzewających jednocześnie 96 próbek.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X ust. 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

03.11.2020 r. godz. 14.00

Nowy termin otwarcia ofert:

03.11.2020 r. godz. 15.15

Z poważaniem

DYREKTOR FINANSOWY

z
Barbara Magdziarz

Adam Konka
Prezes Zarządu