

Zabrze, dnia 27.10.2020 r.

L.Dz. 2250/MP/20

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń do izolacji automatycznej” (21/Z/20) w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamiast dwóch systemów do izolacji kwasów nukleinowych o przepustowości 48 próbek/30 minut każdy, jednego systemu automatycznego CE-IVD umożliwiającego wykonanie 96 lub 192 izolacji w oparciu o technologię kuleczek magnetycznych (zestawy CE-IVD) wraz z ze złożeniem reakcji qPCR (na odczynnikach dowolnego dostawcy) w czasie od 60 minut (96 próbek) do 90 minut (192 próbek), o wymiarach fizycznych dł. 1240 mm, szer. 740mm, wys. 1110mm, waga 250 kg, sterowanego komputerem zewnętrznym?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem



Adam Konka
Prezes Zarządu