

Zabrze, dnia 23.03.2021 r.

L.Dz. 685/MP/21

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych: reometru i liofilizatora” 5/Z/21 w ramach projektu „Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie liofilizatora z temperaturą kolektora -50°C.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy zamawiający mógłby sprecyzować zapis dotyczący pkt 15 „Komora wyposażona w rozdzielacz na przyłącza do pojemników i kolb”

- a) Ile takich przyłączy do pojemników powinna posiadać przedmiotowa komora?
- b) Czy wszystkie przyłącza powinny być kompletne tzn. wyposażone w sprawne zawory neoprenowe do podłączenia kolb nie wymagające dodatkowych nakładów finansowych do ich sprawnego działania?

Zamawiający odpowiada: Rozdzielacz powinien posiadać przynajmniej 4 kompletne przyłącza wyposażone w zawory.

Pytanie 3

Co zamawiający ma na myśli w punkcie specyfikacji: „Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)”?

Zamawiający odpowiada: Paszport techniczny czyli zeszyt z możliwością notowania przeglądów i napraw.

Pytanie 4

Czy kompresor ma być dostarczony ze skrzynią wygłuszającą i osuszaczem?

Zamawiający odpowiada: Tak, kompresor ze skrzynią wygłuszającą i osuszaczem. Skrzynia nie może być wyższa niż 80 cm.

Pytanie 5

Nie sprecyzowano typu silnika. Proszę o doprecyzowanie. Czy ma być to silnik EC czy DC, a może dopuszczalne są dwa rozwiązania?

Zamawiający odpowiada: Typ silnika dowolny.

Pytanie 6

Czy oprogramowanie do obsługi reometru oraz analizy danych ma być w języku polskim czy tylko w angielskim?

Zamawiający odpowiada: Wymagane oprogramowanie w języku polskim i angielskim.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Adam Konka