

Zabrze, dnia 08.03.2021 r.

L.Dz. 557 /MP/21

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” 3/Z/21 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury w chłodziarce od +2st.C do +12st.C i od -10st.C do -30st.C w zamrażarce?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 szuflady w zamrażarce?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w 2 szuflady w zamrażarce

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do czego ma służyć profil czasowo-temperaturowy? Chłodziarko-zamrażarki są to urządzenia przechowalnicze przystosowane do pracy ciągłej i nie ma w nich konieczności ustawiania profili czasowo-temperaturowych. Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez takiej funkcji lub wykreślenie niniejszego zapisu.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez profilu czasowo-temperaturowego

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wykonaniem wnętrza ze stali nierdzewnej SUS 304?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza



Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie ma wymagania odnośnie świadectwa wzorcowania, tzn. w ilu punktach, przez jaki czas, czy wystawione przez laboratorium z akredytacją PCA?

Zamawiający odpowiada: Każdy z rejestratorów wzorcowany przez laboratorium z akredytacją w min. 3 punktach

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

Nasza prośba wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga urządzenia wzorcowanego, co wydłuży czas dostawy.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

Pytanie 7

W związku z w/w przetargiem mam kilka informacji – niestety nie jesteśmy w stanie wyprodukować i dostarczyć urządzenie do końca marca br. Czas potrzebny na produkcję to 4 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy. Druga kwestia to automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej (stabilizator napięcia) – mamy potwierdzenie od dostawcy, że będzie dostępny dopiero w maju br. Stabilizator napięcia jest urządzeniem niezależnym od chłodziarko-zamrażarki, tak więc możemy zrealizować zamówienie na chłodziarko-zamrażarkę w terminie jak podałam wyżej i potem dostarczyć stabilizator. Jeżeli tak opcja wchodzi w grę, proszę o informację.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

Z poważaniem

DYREKTOR FINANSOWY

Barbara Magdziarz

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
tel. 32 705-03-05
NIP: 6482761515, REGON: 242742607

