

Zabrze, dnia 30.03.2021 r.

L.Dz. 732/MP/21

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych: reometru i liofilizatora” 5/Z/21 w ramach projektu „Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie liofilizatora z temperaturą kolektora -50°C.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1 w piśmie 685/MP/21 z dnia 23.03.2021 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści liofilizator z wyświetlaniem poziomu próżni oraz temperatury lecz bez wyświetlania czasu ?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga referencji na liofilizator lub urządzenia drukujące. Czy Zamawiający pomylił się wymagając referencji na urządzenia drukujące ? Czy Zamawiający dopuści referencje na urządzenia laboratoryjne o wymaganej wartości?

Zamawiający odpowiada: tak, doszło do omyłki pisarskiej. Warunek dla zadania nr 2 (Rozdział V. 1.4)) brzmi: „Zadanie nr 2: w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw liofilizatorów lub urządzeń laboratoryjnych o wartości minimum 25.000,00 zł każda”.





Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
tel.: (32) / 705 03 05 • fax.: (32) / 705 03 00



Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:
01.04.2021 r. godz. 14.00
Nowy termin otwarcia ofert:
01.04.2021 r. godz. 15.15

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Adam Konka