

Zabrze, dnia 31.03.2021 r.

L.Dz. 747/MP/21

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę komór laminarnych” 6/Z/21 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę z jednym odpowiedniej wydajności wentylatorem zapewniającym właściwe dla II klasy bezpieczeństwa proporcje przepływu powietrza?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści komorę z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, jednakże z wnętrzem obszaru roboczego i strefą pod blatem zabezpieczonym antykorozyjnie poprzez wykonanie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na białą z powłoką hamującą wzrost bakterii?


Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści komorę bez monitorowania zużycia filtrów oraz lampy UV, jedynie ze wskazaniem ich łącznego czasu eksploatacji?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

4. Dotyczy pkt. 2 parametrów technicznych Czy zamawiający dopuści komorę laminarną, zamiast podłokietników na całej szerokości komory, z dwoma przesuwanymi podłokietnikami które można zamontowania na dowolnej szerokości blatu roboczego? Rozwiązanie takie zapobiega zasłonięciu otworów wlotowych powietrza.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę



5. Dotyczy pkt. 19 parametrów technicznych Czy zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w podwójną lampę UV umieszczoną w bocznych ścianach komory? Takie rozwiązanie pozwala na skuteczniejszą, bezcieniową sterylizację wnętrza komory.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę

6. Dotyczy pkt. 21 parametrów technicznych W pkt. 21 parametrów technicznych widnieje zapis dotyczący monitorowania prędkości przepływu powietrza wlotowego i laminarnego. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną a monitorowaniem parametru dotyczącego przepływu powietrza (laminarnego) w komorze roboczej bez wskazania parametru przepływu powietrza wlotowego? Pozostałe parametry monitorowania pozostaną bez zmian.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę

Zapytania do umowy:

7. (§ 6 ust.1, pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

8. (§ 6 ust.1, pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

9. (§ 6 ust.1, pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczania kar do 5% NETTO przedmiotu umowy?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

Z poważaniem

PREZES z.

Adam K...

