

L.Dz. 774 /MP/21

Zabrze, dnia 02.04.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych: reometru i liofilizatora” 5/Z/21 w ramach projektu „Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Pytanie 1

w związku ze złożeniem przez nas oferty postępowaniu :

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38479> oraz pojawieniu się nowych odpowiedzi na pytania , chcielibyśmy wycofać starą ofertę by móc złożyć nową uaktualnioną zgodnie z nowymi odpowiedziami.

Proszę o informację w jaki sposób mamy wycofać ofertę.

Zamawiający odpowiada: proszę postępować zgodnie z zapisami SIWZ i instrukcją oferenta dla Bazy konkurencyjności

Pytanie 2

Dotyczy zapisu umowy nr. p. 2 ust.3 pkt.7 : "przygotowanie drogi transportu" . W jaki sposób ma być przygotowana droga transportu, czy istnieją jakiegokolwiek utrudnienia transportowe oraz proszę o podanie warunków lokalowych tzn. piętro wnoszenia , szerokości futryn, ew. windy , klatek schodowych i korytarzy.

Zamawiający odpowiada: miejsce instalacji znajduje się na drugim piętrze, gdzie szerokość drzwi windy to 110 cm a wejście do laboratorium ma szerokość 90 cm i jest to najwyższy punkt.

Z poważaniem

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c
tel. 32 705 03 05
NIP: 6482761515, REGON: 242742607

DYREKTOR FINANSOWY

Barbara Magdziarz