

Zabrze, dnia 16.04.2021 r.

L.Dz./909 /MP/21

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” 8/Z/21 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury w chłodziarce: od +2st.C do +12st.C i od -10st.C do -30st.C w zamrażarce?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 szuflady w zamrażarce?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający może sprecyzować do czego ma służyć profil czasowo-temperaturowy? Chłodziarko-zamrażarki są to urządzenia przechowalnicze, przystosowane do pracy ciągłej i nie ma w nich konieczności ustawiania profili czasowo-temperaturowych. Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez takiej funkcji lub wykreślenie tego zapisu.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z odpowiedzią w piśmie znak 888/MP/21.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

Pytanie 5





Śląski Park Technologii Medycznych

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze

tel.: (32) / 705 03 05 • fax.: (32) / 705 03 00



Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie: jakie ma wymagania odnośnie świadectwa wzorcowania, tzn. w ilu punktach, przez jaki czas, czy wystawione przez laboratorium z akredytacją PCA?

Zamawiający odpowiada: Każdy z rejestratorów wzorcowany przez laboratorium z akredytacją w min. 3 punktach.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 6 tygodni? Wnosimy o to, gdyż Zamawiający wymaga urządzenia wzorcowanego, a to wydłuży czas dostawy.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

23.04.2021 r. godz. 14.00

Nowy termin otwarcia ofert:

23.04.2021 r. godz. 15.15

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Adam Konka