

L.Dz. 1888 /MP/21

Zabrze, dnia 13.04.2021 r.

### Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” 8/Z/21 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

#### Pytanie 1

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie: dot. punktu 6 specyfikacji 1. Co Zamawiający rozumie przez "profil czasowo-temperaturowy"? Prosimy o odstępianie od tego wymogu, gdyż jest o niejasny i nie bardzo rozumiemy, jakie może mieć zastosowanie w chłodziarko-zamrażarce.

#### Zamawiający odpowiada:

Zamawiający przez „profil czasowo-temperaturowy” rozumie, opcje pozwalającą na zaprogramowanie zmian temperatury w komorze termostatycznej w czasie, np. w czasie 1h schładzanie o 2 stopnie. Urządzenia bez tej opcji będą utrzymywały żadaną temperaturę, ale nie można zaprogramować jak będzie ta temperatura się zmieniała.

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości ustawiania profilu czasowo-temperaturowego.


#### Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w dwóch etapach:

a.) Dostawa chłodziarko-zamrażarki w wymaganym przez Państwa okresie- 3 tygodnie od podpisania umowy;

b.) dostawa automatycznego systemu kompensacji wahań napięcia w ciągu 7 tygodni od daty podpisania umowy? System automatycznej kompensacji wahań napięcia działa niezależnie od chłodziarko-zamrażarki więc jego późniejszy montaż nie wymaga ingerencji w konstrukcję chłodziarko-zamrażarki.

#### Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.



Pytanie 3

Prosimy o podanie temperatur w jakich ma być wzorcowany rejestrator temperatur.

Zamawiający odpowiada: 10°C, 0°C -20°C.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:**

**20.04.2021 r. godz. 14.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:**

**20.04.2021 r. godz. 15.15**

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*Adam Konka*

