

Zabrze, dnia 24.08.2021 r.

L.Dz. 2063 /MP/21

### Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” 21/Z/21 w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304?

#### Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszcza.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z zakresem regulacji temperatury dla chłodziarki: +3/+16 stopni z możliwością regulacji co 0,1?

#### Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszcza.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę bez automatycznej kompensacji wahań temperatury napięcia w sieci zasilającej, ochrony kompresorów i systemów elektronicznych przed nagłym spadkiem lub wzrostem napięcia zasilania?

#### Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszcza.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z stalową obudową i wnętrzem wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze białym?

#### Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszcza.



**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę bez portu USB, ale posiadającą RS485 do komunikacji z komputerem?

Zamawiający odpowiada:

Nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instruktażu stanowiskowego? Do chłodziarko-zamrażarki dołączona jest instrukcja w języku polskim.

Zamawiający odpowiada:

Nie odstąpi.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym? Producent nie wymaga takich przeglądów.

Zamawiający odpowiada:

Nie odstąpi.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 5 do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych z 10 do 15 dni roboczych?

Zamawiający odpowiada:

Wyraża zgodę.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 do 4 tygodni od podpisania umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie wyraża zgody.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 siwz Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:**

**27.08.2021 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:**

**27.08.2021 r. godz. 10.15**

**PREZES ZARZĄDU**

*Adam Konka*

Z poważaniem

