



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH



Zabrze, dnia 11.05.2022 r.

L.Dz. 1251 /MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę gazów medycznych oraz produktów do wykonywania badań” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (10/Z/22)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Dotyczy: Zadanie 7 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnych wirówkowych probówek typu Falcon pakowanych 1 op. = 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, tj. poprzez podany w specyfikacji email? Forma elektroniczna ułatwia współpracę, jest bardziej ekonomiczna i ekologiczna.

Zamawiający odpowiada: zgodnie z treścią odpowiedzi w piśmie znak 1233/MP/22 z dnia 10.05.2022 r. - zgodnie z SIWZ Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert na adres e-mail.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury elektronicznej? Faktura taka jest równoważna w stosunku do tej w formie papierowej. Dodatkowo poprzez oszczędność czasu, papieru, kosztów eksploatacji drukarki, kosztów wysyłki pozwala na uzyskanie najlepszych efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych



w stosunku do poniesionych nakładów.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

4. Dotyczy umowy § 2, pkt 6 ppkt 2: Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru do 26 dni. Proponowane produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę dla umowy – Załącznik 3b.

5. Dotyczy umowy § 8, pkt 4 ppkt 1: Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru do 26 dni. Proponowane produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę dla umowy – Załącznik 3b.

6. Dotyczy umowy § 5, pkt 1 ppkt 1, 2: Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

Ustala się następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 0,1% wartości zamówienia ~~wynagrodzenia Wykonawcy~~ brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy danej partii asortymentu,
a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 5 dni – począwszy od szóstego dnia kara wynosić będzie 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) w wysokości 0,05% wartości reklamowanego produktu ~~wynagrodzenia Wykonawcy~~ brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1 Umowy

Umowa ma bowiem charakter umowy na dostawy sukcesywne. Wysokość kar powinna być liczona od rzeczywistej wartości produktów pozostających w zwłoce, a nie od wartości całej umowy.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody. Wysokość kary umownej musi być znana z góry.

7. Czy w zadaniu nr 3, pozycja nr 3, wyrazicie Państwo zgody na zaoferowanie końcówek do pipet o opakowaniu 960 sztuk (10 x 96 sztuk), zamiast (2 x 91) sztuk x 5 opakowań (w sumie 910 sztuk)?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie końcówek do pipet w opakowaniach 10 x 96 sztuk, łącznie 960 sztuk.



8. W zadaniu nr 3, stawka VAT dla pipet automatycznych wynosi 23%, a dla końcówek do pipet 8% VAT. W taki przypadku w jaki sposób należy wypełnić tabelę stanowiącą załącznik nr 4.3?

Zamawiający odpowiada: proszę rozbić cenę jednostkową na pipety i końcówki, podać obowiązujące stawki VAT i wyliczyć wartość brutto pipety oraz końcówek i zsumować wartości brutto pipet i końcówek i podać w wierszu: „Razem”.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
tel. 32 / 705-03-05
NIP: 6482761515, REGON: 242742607

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU




