



Zabrze, dnia 02.06.2022 r.

L.Dz. **1456** /MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (14/Z/22)

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. dziękuje za udział w ww. postępowaniu oraz informuje, że wybrane zostały oferty nie podlegające odrzuceniu oraz najkorzystniejsze z punktu widzenia kryteriów oceny ofert:

Zadanie nr 1

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 10 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Zadanie nr 2

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 10 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Zadanie nr 3

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 10 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, że odrzucono następujące oferty:

- 1) VWR International Sp. z o. o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk na podstawie Rozdziału III pkt 15.1) SIWZ – forma złożenia oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z treścią Załącznika nr 4.3 pkt II.11 wymagał: „

11	System przyłączeniowy oraz odprowadzenia gazów do podłączenia pompy z eksykatorem do bezpiecznej pracy oparami organicznych rozpuszczalników chemicznych	Tak, z możliwością doposażenia pompy w skraplacz i separator”
----	--	---

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tymczasem Wykonawca zaoferował: „tak, zestaw wyposażony w separator i skraplacz”
Zamawiający zgodnie ze swoimi potrzebami wymagał jedynie możliwości doposażenia
pompy w skraplacz i separator. Aktualnie Zamawiający nie potrzebuje i nie wymaga
nie separatora i skraplacza. Ponadto Zamawiający nie dysponuje środkami na zakup
pompy wyposażonej w separator i skraplacz. W związku z powyższym oferta zostaje
odrzucona.

Z poważaniem



Adam Konka
Prezes Zarządu

W załączeniu:
Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu



oznaczenie sprawy 14/Z/22

Załącznik do protokołu

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
tel. 32 / 705-03-05
NIP: 642-742-742, REGON: 142742607
Pieczęć zamawiającego

**„Dostawa urządzeń laboratoryjnych” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego –
rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie
finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu
2021/ABM/05/00002**

Wykaz Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1	VWR International Sp. z o. o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk

Małgorzata Pietrzak

Małgorzata Pietrzak
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 1

PREZES ZARZADU
Adam Kozłowski

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

14

