



Zabrze, dnia 09.08.2022 r.

L.Dz. 2024/MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawa systemu obrazowania małych zwierząt in vivo wraz z wyposażeniem” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (26/Z/22)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Czy w punkcie III podpunkt 2 SIWZ

„Obrazowanie 3D”

Zamawiający dopuści alternatywnie system umożliwiający obrazowania 2D luminescencji, fluorescencji i promieniowania Cerenkova? Oferowany system pozwala na obrazowanie w zakresie luminescencji pojedynczych komórek w myszy

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w punkcie III podpunkt 4 SIWZ:

„Zakres długości fal: Min. 410-865nm”

Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji wyposażone w filtry o zakresie:

Filtry wzbudzeniowe: 420/20nm-745/30nm

Filtry emisyjne: 500/20nm – 845/40nm?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w punkcie III podpunkt 5:

„Min. 8 kanałów wzbudzeniowych”

Zamawiający dopuści oferowanie systemu posiadającego 7 kanałów wzbudzeniowych?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.



4. Czy w punkcie V podpunkt 2 SIWZ:

„Zestaw akcesoriów do aparatu do znieczulania będącego na wyposażeniu Zamawiającego pozwalający na podłączenie aparatu z systemem obrazowania (w tym wężyki łączące, kolektor, maski do znieczulania dla myszy)”
Zamawiający wymaga zestawu akcesoriów do systemu anestetycznego bez samego aparatu do anestezji?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający posiada na wyposażeniu aparat do anestezji.

5. Czy w punkcie IV podpunkt 2 SIWZ:

„Komputer typu laptop do obsługi oprogramowania spełniający wymagania producenta zestawu oraz oprogramowania. Wyposażony w system operacyjny, niezbędne peryferia oraz licencje”
Zamawiający dopuści oferowanie komputera stacjonarnego, stanowiącego integralną część oferowanego systemu obrazowania, zawierającego w swojej konfiguracji rozwiązania sprzętowe niezbędne do współpracy z systemem obrazowania?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy w punkcie VI podpunkt 8:

„Autoryzowany serwis gwarancyjny”
Zamawiający wymaga autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zlokalizowanego na terenie Polski i posługującego się językiem Polskim o czasie reakcji na zgłoszenie do 12 godzin?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

7. Czy do przystąpienia do przetargu wystarczy list autoryzacyjny od producenta, że dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw systemów obrazowania zwierząt o wartości minimum 400.000,00 zł każda?

Zamawiający odpowiada: jako dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należy rozumieć dokumenty, np. list referencyjny, pismo potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należy, protokół odbioru podpisane przez odbiorcę dostaw lub faktura sprzedaży wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Jednocześnie, zgodnie z treścią Rozdziału X pkt 3 SIWZ Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.


Nowy termin składania ofert:

25.08.2022 r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:

25.08.2022 r. godz. 10.30

Z poważaniem



PREZES Zarządu
Adam Konica

