

L.Dz. 2130 /MP/22

Zabrze, dnia 25.08.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, opatrunków, szwów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych oraz środków ochrony indywidualnej” w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” (30/Z/22)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 pozycji nr. 1** nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 pozycji nr. 4** pęsetę anatomiczną Standard o długości 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 pozycji nr.6** mikro imadło Castroviejo o długości 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

4. Poz.1) Nożyczki o dł. 115mm, funkcjonalnie identyczne. Czy dla tych nożyczek nie powinna być również klasa wyrobu I CE zamiast IIa tak jak dla pozostałych pozycji z zadania nr 1?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę. Potwierdzamy klasę wyrobu I CE. Zmodyfikowany Załącznik nr 4.1 do SIWZ w załączeniu.

5. Poz.4) Pęseta o dł. 115mm, funkcjonalnie identyczna.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.



6. Poz.5) Trzonek o dł. 125mm, funkcjonalnie identyczny.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

7. Poz.6) Imadło o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę.

8. Zadanie 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch niejałowy?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody

9. Zadanie 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w folię?

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę

10. Zadanie 6 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści kombinezon:

KARTA CHARAKTERYSTYKI

JEST TO KOMBINEZON OCHRONNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYKONANY Z LAMINOWANEJ

WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ O GRAMATURZE 55g/m².

POSIADA LAMINOWANE SZWY ZAPEWNIAJĄCE DODATKOWĄ OCHRONĘ , ROZMIARY OD S DO 4XL

DOKUMENTACJA

KOMBINEZON POSIADA:

DEKLARACJE ZGODNOŚCI NA ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA UE 2016/425

OZNAKOWANIE CE

CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKUJĄCĄ 2163

SPEŁNIANE NORMY I RODZAJE OCHRONY

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 3B)

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 4B)

EN ISO 13982-1:2004+1:2004+A1:2010 (TYP 5B)

EN 13034:2005+A1:2009 (TYP 6B)

EN ISO 13688:2013

ZASTOSOWANIE

PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA, GABINETY STOMATOLOGICZNE,

LABORATORIA, PRZEMYSŁ

FARMACEUTYCZNY, PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, MALOWANIE

NATRYSKOWE, UTYLIZACJA

ODPADÓW, CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody

11. Zadanie 6 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści kombinezon:



Z dodatkowymi szwami i uszczelnionymi taśmami szwami zapewnia lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów.
Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie
Dzięki dodatkowym szwom i uszczelnionym taśmą szwy zapewniają lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów cząsteczkowych.
Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie.

Opis:

- Tkanina mikroporowata o gramaturze 65g/m²
- z kapturem i elastycznym wycięciem na twarz / nadgarstek / kostki
- szwy lamowane na zewnątrz
- zabieg antystatyczny
- kolor: biały
- indywidualne etykietowanie i pakowanie
- rozmiary S-XXXL

Poziom ochrony

CE Kat. III, typ 4B, 5B, 6B

Kombinezon zgodny z normą EN 14126:2003

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 SIWZ Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

06.09.2022 r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:

06.09.2022 r. godz. 10.30

Z poważaniem

W załączeniu:

Zmodyfikowany Załącznik nr 4.1



PREZES ZARZĄDU
Adam Korta

Zadanie nr 1: narzędzia chirurgiczne

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto PLN (za 1 szt.)	Stawka VAT	Wartość netto (ilość szt. x cena jedn. szt.)	Wartość brutto	Określenie oferowanego przedmiotu zamówienia (min. Nazwa Producenta i nr katalogowy)
1	Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 12 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
2	Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 zęby, prosta, dł. 12 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
3	St Nożyczki Mikro, preparacyjne, ostrze 10 mm, zagięte, tępe, dł. 18 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
4	Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 12 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
5	Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
6	St Mikro- Imadło, zakrzywione bez zamka, Ø 0,40 mm, dł. 14,5 cm. . Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
7	Pęseta anatomiczna Mikro-Adson, prosta, dł. 12 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
8	ostrze chirurgiczne nr 12, sterylne, jednorazowe, opakowanie 100 szt, klasa wyrobu medycznego I CE	5					





Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
tel.: (32) / 705 03 05 • fax.: (32) / 705 03 00



9	Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm. Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
10	Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, 7x7 zęby wzdłuż, prosta, dł. 12 cm, Stal nierdzewna. Klasa wyrobu medycznego I CE	10					
Razem:							-

.....
Podpis Wykonawcy

h

