



Zabrze, dnia 14.12.2022 r.

L.Dz. 3036/MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów do wykonywania badań” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (42/Z/22)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie do zadania 2, poz. 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje filtry z membraną wykonaną z politereftalanu etylenu (PET) zamiast membrany nylonowej?

Zamawiający odpowiada: akceptujemy filtry z membraną wykonaną z politereftalanu etylenu (PET) oraz z nylonową.

Pytanie do zadania 8, poz. 2:

Co Zamawiający miał na myśli pisząc nie zawierające glukozy?

Czy Zamawiający ma na myśli DMEM z niską zawartością glukozy (1g/L)?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający miał na myśli medium nie zawierające w składzie glukozy (żadnych śladowych ilości). Media do hodowli komórkowych posiadają różne składy oraz różne stężenia składników. Zamawiający oczekuje medium bez glukozy w składzie, z niską zawartością glukozy nie jest akceptowane.

Z poważaniem

PREZADU

Adam Konka



Zabrze, 14.12.2022

L.Dz. 3036 /MP/22

Participants in proceedings

Ref.: the procedure for the „Delivery of products for testing” as part of a commercial clinical trial project – development of innovative therapeutic solutions using RNA technology. Research financed by the state budget from the Medical Research Agency, Project number 2021/ABM/05/00002 (42/Z/22)

In accordance with the content of Chapter X point 2 of the TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT, in connection with the questions submitted by the Contractors to the Terms of Reference regarding the above-mentioned proceedings:

Question for Task 2, item 2:

Will the Ordering Party accept filters with a membrane made of polyethylene terephthalate (PET) instead of a nylon membrane?

The Ordering Party replies: we accept filters with a membrane made of polyethylene terephthalate (PET) and a nylon membrane.

Question for Task 8, item 2:

What did the Ordering Party mean when wrote glucose-free?

Does the Ordering Party mean DMEM with low glucose content (1g/L)?

The Ordering Party replies: The Ordering Party meant a medium that does not contain glucose (any trace amounts) in its composition. Cell culture media have different compositions and different concentrations of components. The Ordering Party expects a medium without glucose in the composition, with low glucose content is not acceptable.

Kind regards

PREZES ZARZADU

Adam Konka

