



Zabrze, dnia 09.08.2023 r.

L.Dz. 1460/MP/23

### Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów do wykonywania badań” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (**30/Z/23**)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Zadanie 5, pozycja 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do filtracji próżniowej z wielkością porów membrany 0,22  $\mu\text{m}$ ?

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody, membrana w zestawie, zgodnie z siwz, ma mieć pory wielkości 0,1  $\mu\text{m}$ .

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU  
*Adam Konka*

Adam Konka – Prezes Zarządu