



L.dz. 2151/AB/2023

Zabrze, 06.12.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę regatów, klatek dla królików oraz akcesoriów dla zwierząt” w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 (41/Z/23)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie:

1. Załącznika 4.1 do siwz, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do pisma.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Adam Kienka

W załączeniu – zmodyfikowany załącznik 4.1 do siwz.

Zadanie 1. Regał z klatkami dla królików

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto PLN (za 1 szt.)	Stawka VAT	Wartość netto (ilość szt. x cena jedn. szt.)	Wartość brutto	Określenie oferowanego przedmiotu zamówienia (min. Nazwa Producenta i nr katalogowy)
1	Regał dla królików zgodny ze specyfikacją z tabeli poniżej	3					
2	Klatki dla królików zgodne ze specyfikacją z tabeli poniżej	9					
Razem:							-

L.p.	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany
REGAŁ			
1.	Wymiary zewnętrzne:		
	szerokość max. 825 mm	Tak	
	głębokość nie więcej niż 875 mm	Tak	
	wysokość nie więcej niż 1855 mm	Tak	
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304	TAK	
3.	Wypożyczony w prowadnice umożliwiające zamontowanie ścian bocznych, podłogi oraz tacy na nieczystości dla każdej klatki, wykonane z autoklawowalnego tworzywa sztucznego	TAK	
4.	Wypożyczony w 4 koła o średnicy Max 100 mm, w tym przynajmniej 2 z hamulcami	TAK	
5.	Wypożyczony w 3 klatki	TAK	
6.	Wypożyczony w system umożliwiający łączenie regałów	TAK	

KLATKI			
7.	Wymiary wewnętrzne klatek: wysokość minimum 450 mm	TAK	
8.	Powierzchnia klatki, 4200 cm ² , zgodna z Dyrektywą UE 2010/63/UE	TAK	
9.	Klatka wyposażona w demontowalne ściany boczne, podłogę perforowaną o średnicy maksymalnej 16 mm, tacę na nieczystości	TAK	
10.	Ściany boczne, podłoga i taca wykonane z poliwęglanu / ABS / Norylu, autoklawowalne w temp. 120°C	TAK	
11.	Możliwość wyposażenia klatek w ściany przeźroczyste bądź perforowane	TAK	
12.	Klatka wyposażona w drzwiczki wykonane z siatki ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304	TAK	
13.	Klatka wyposażona w karmnik wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304	TAK	
14.	Klatka wyposażona w uchwyt na butelkę oraz butelkę z poliwęglanu wraz z kapsłem, autoklawowalne w temp. 120°C	TAK	
15.	Klatka wyposażona w wewnętrzną półkę wypoczykową dla zwierząt, z możliwymi perforacjami o średnicy do 17mm, o wymiarach max. 675x315x270 mm, wykonaną z autoklawowalnego tworzywa sztucznego, zgodną z wymaganiami Dyrektywy UE 2010/63/UE . Możliwość demontażu półki w celu jej umycia lub gdy jej zastosowanie jest niewskazane bez użycia narzędzi.	TAK	
16.	Oświadczenie producenta o jakości stali nierdzewnej użytej do produkcji poszczególnych elementów	Tak	
17.	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak	

.....

Podpis Wykonawcy

